

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                               |  |  |  |   |
|--------------------|--|--|--|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                            | ապրանքային<br>նշանը                              | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                           | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | Ավտոմատ<br>լաբորատոր<br>սպասքի լվացման<br>մեքենա | Ավտոմատ<br>լաբորատոր<br>սպասքի լվացման<br>մեքենա | Ավտոմատ<br>լաբորատոր<br>սպասքի լվացման<br>մեքենա | Ավտոմատ<br>լաբորատոր<br>սպասքի լվացման<br>մեքենա | Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի<br>լվացման մեքենա Լաբորատոր<br>սպասքի լվացման մեքենաներում<br>պետք է ներկառուցված լինեն<br>ծրագրավորված մաքրման,<br>ախտահանման և չորացման<br>գործառույթներ՝ բոլոր ապակյա<br>իրերը մաքրելու համար, ներառյալ<br>բաժակները, կոլբաները,<br>պիպետները, Պետրի թասիկները,<br>բյուրեղները, չափիչ անոթները,<br>փորձանոթները և այլն: Օգտակար<br>ծավալը ոչ պակաս քան 80 Լ<br>Մաքրման, ախտահանման և<br>չորացման գործառույթների |

առկայությունն Ներքին  
աշխատանքային մակերեսը ոչ  
պակաս քան չժանգոտվող պողպատ  
Լվացքի ստանդարտ ընթացակարգ  
(կարող է ծրագրավորվել  
օգտագործողի կողմից ինքնուրույն)。  
1.Նախնական մաքրում, 2. Լվացք՝  
մաքրող միջոցի օգտագործմամբ, 3.  
Ողողում, 4. Լվացում չեզոքացմամբ,  
5. Ողողում, 6. Լվացք տաք ջրով, 7.  
Չորացում LCD էկրան ոչ պակաս  
քան 4 դյույմ անկյունագծով  
Միկրոպրոցեսորային համակարգ,  
որը պետք է ներառի ծրագրավորվող  
լվացքի ցիկլեր, լվացող միջոցի  
ծավալ և այլն: Օգտագործողը պետք  
է կարողանա ծրագրավորել և  
պահպանել լվացքի ծրագրերը:  
Պարամետրերի հիշողություն՝  
Էլեկտրաէներգիայի անջատման  
դեպքում լվացքի ցիկլերը պետք է  
վերսկսվեն, հենց որ հոսանքը  
վերականգնվի: Ջրի և չոր օդի  
ջերմաստիճանի անվտանգության  
պաշտպանիչ համակարգի  
առկայություն, եթե սահմանված  
ջերմաստիճանը գերազանցում է,  
այն պետք է դադարի աշխատել  
Էլեկտրամագնիսական անջատիչով

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>անվտանգության կողպեք՝<br/>լվացքի/չորացման ցիկլի ընթացքում<br/>դուռը բացելուց խուսափելու<br/>համար: Տազնապի առկայությունն Ոչ<br/>պակաս քան 9 տարբեր<br/>փոխարինելի դարակաշարերի<br/>առկայությունն բոլոր տեսակի<br/>լաբորատոր ապակիների համար<br/>Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:<br/>Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 ЕЦДЦП2Р-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |       |                            |                            |