

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1)Thermostatic water bath, 2) Water Bath, 3) Thermostatic Water Bath, 4) Thermostatic Water Tank	1) BIOBASE, 2) DK-8AXX,3) Scitek,4) Scitek	1) BK-WB4, 2)DK-8AXX, 3) WB-2L4H, 4) WT-T27(3 Usage)	1)BIOBASE GROUP, 2) Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd, 3)Scitek Global CO., LTD. 4) Scitek Global CO., LTD.	1) Ջրային բաղնիք Տարողությունը` 13 և Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը` +5°C - ից 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը` 0,5°C Միատարրություն: +/-0,5 °C Բաղնիքի կյուրը` չժանգոտվող պողպատ Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC), (Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU) 2)Ջրային բաղնիք Տարողությունը՝ 12 լ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +5°C - ից 99°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±0,5°C Միատարրություն: +/-0,5 °C Բաղնիքի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive

2014/35/EU, 2014/30/EU) 3)Ջրային բաղնիք Տարողությունը՝ 14.6 Լ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +5°C - ից 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±0.5°C Միատարրություն: ±1.0°C Բաղնիքի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ Էլեկտրոնսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) FDA 4)Ջրային բաղնիք Տարողությունը՝ 27 Լ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +5°C - ից 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±0.5°C Միատարրություն: ±0.5°C Բաղնիքի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ

				<p>Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) FDA</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԶԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1)Thermostatic water bath, 2) Water Bath, 3) Thermostatic Water Bath, 4) Thermostatic Water Tank	1) BIOBASE, 2) DK-8AXX,3) Scitek,4) Scitek	1) BK-WB4, 2)DK-8AXX, 3) WB-2L4H, 4) WT-T27(3 Usage)	1)BIOBASE GROUP, 2) Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd, 3)Scitek Global CO., LTD. 4) Scitek Global CO., LTD.	Водяная баня Вместимость: не менее 10 л Диапазон окружающей среды: не менее чем в диапазоне от +5°C до 100°C Точность измерения температуры: не более чем 0,5°C Однородность: 3,0 оС Материал ванны: нержавеющая сталь Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Оборудование должно быть новым,

				неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	---