

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	ESR Tube	ESR Tube	ESR Tube	Roll Med	<p>Վակուումային փորձանոթ ԷՆԱ-ի որոշման համար, շտատիվի հետ միասին: 4NC նատրիումի ցիտրատի 3.8% պարունակությամբ, 1.28 մլ, Roll Med fast detector նախատեսված շտատիվի համար, ստերիլ:</p> <p>Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, նախատեսված in vitro հետազոտությունների համար: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային</p>

					հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European):
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾՊԲԸ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	ESR Tube	ESR Tube	ESR Tube	Roll Med	Վակուումային փորձանոթ ԷՆԱ-ի որոշման համար, շտատիվի հետ միասին: 4NC նատրիումի ցիտրատի 3.8% պարունակությամբ, 1.28 մլ, Roll Med fast detector նախատեսված շտատիվի համար, ստերիլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, նախատեսված in vitro հետազոտությունների համար: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային

					հավաստագիր ISO 13485,CE (Conformity European):
--	--	--	--	--	---