

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱԿՌ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
93	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը այլումինե, կամ պլստմասե: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական: Երգոնոմիկ բռնակ չժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կպչուկով մանժետ մեծահասակների համար: Հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ(ստետոսկոպ) Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ. ս. դիապագոնով այլումինե սանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УЦЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱԶԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
93	постановления Правительства РА N1239-Н от 20 сентября 2012 года , приказом Министерства здравоохранения РА N867. Корпус тонометра выполнен из алюминия или пластика. Латексный поршень для подачи воздуха в манжету. Металлический клапан. Эргономичная ручка из нержавеющей стали. Носимый прецизионный выпускной клапан. Микрофильтры защищают выпускной клапан и дозирующую систему. Имеет клейкую манжету для взрослых. Со специально закаленной износостойкой медно-берилловой мембраной. Мембрана выдерживает давление до 600 мм рт. ст. с. к избыточному давлению. Медицинский стетоскоп. Максимально допустимая погрешность оборудования +/- 3 мм рт. ст. Хорошее показание до 300 мм рт. ст. с. алюминиевая шкала с диапазоном. Гарантийный срок составляет не менее одного года.