

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |  |  |  |   |
|--------------------|--|--|--|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Արյան մեջ<br>Նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ<br>Նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ<br>Նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ<br>Նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ Նատրիումուրետիկ<br>հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-<br>PACK BNP (Human brain natriuretic<br>peptide SET )- որոշաման մեթոդը<br>իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման<br>մեթոդ քանակական որոշման<br>համար, նախատեսված Tosoh AIA<br>սերնդի վերլուծիչների համար:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br>գործարանային փաթեթավորմամբ,<br>ունենա նշում արտադրման օրվա,<br>գործարանի և արտադրողի մասին,<br>մատակարարման պահին ունենա<br>պիտանելիության ժամկետի<br>առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>կող համատեղելի Ճապոնական<br/>Tosoh արտադրողի սարքերի<br/>կողային ցանկի հետ: Որակի և<br/>համապատասխանության<br/>վկայականների պարտադիր<br/>առկայություն արտադրողի կողմից<br/>առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001,<br/>ISO9001, CE IVDMD</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАУՊՁԲ 2024-07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
|            | фирменное наименование   | товарный знак  | марка  | наименование производителя   | технические характеристики   |
| 2          | Արյան մեջ<br>նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ<br>նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ<br>նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ<br>նատրիումուրետիկ<br>հորմոն,<br>ատրիոպեպտիդի<br>չոր քիմիական<br>ռեագենտ | Արյան մեջ նատրիումուրետիկ<br>հորմոն, ատրիոպեպտիդի (ST AIA-<br>PACK BNP (Human brain natriuretic<br>peptide SET )- որոշման մեթոդը<br>իմունոֆլուրեսցենտային վերլուծման<br>մեթոդ քանակական որոշման<br>համար, նախատեսված Tosoh AIA<br>սերնդի վերլուծիչների համար:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br>գործարանային փաթեթավորմամբ,<br>ունենա նշում արտադրման օրվա,<br>գործարանի և արտադրողի մասին,<br>մատակարարման պահին ունենա<br>պիտանելիության ժամկետի<br>առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>կող համատեղելի Ճապոնական<br/>Tosoh արտադրողի սարքերի<br/>կողային ցանկի հետ: Որակի և<br/>համապատասխանության<br/>վկայականների պարտադիր<br/>առկայություն արտադրողի կողմից<br/>առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001,<br/>ISO9001, CE IVDMD</p> |
|--|--|--|--|--|--|