

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
93	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը այլումինե, կամ պլստմասե: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական: Երգոնոմիկ բռնակ չժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կպչուկով մանժետ մեծահասակների համար: Հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ(ստետոսկոպ) Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ. ս. դիապագոնով այլումինե սանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΕΥΕΥΘΗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
93	