

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ՝  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակումը Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում ժամանակի  
կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից  
60 րոպեի միջակայքում  
Համակարգի կազմաձևման  
պարագաներ, պահեստամասեր և  
ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը  
պետք է հագեցած լինի ֆիքսված  
անկյան ռոտորով: Փորձանոթների  
դիրքերի քանակն անկյունային  
ռոտորում՝ ոչ պակաս քան 12  
փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,  
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

				<p>չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Ցենտրիֆուզ	Ցենտրիֆուզ	Ցենտրիֆուզ	Ցենտրիֆուզ	Ցենտրիֆուզ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուզեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. ոչ պակաս քան 5-ից 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման

անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,  
արագության աստիճանական  
կարգավորիչ ժամանակի չափիչով,  
գրոյական մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ՝  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակումը Սպասարկում -  
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ  
արագության նախնական  
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ  
Արագության տիրույթ. ոչ պակաս  
քան 200-ից 5000 պտ / րոպե  
տիրույթում ժամանակի  
կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից  
60 րոպեի միջակայքում  
Համակարգի կազմաձևման  
պարագաներ, պահեստամասեր և  
ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը  
պետք է հագեցած լինի ֆիքսված  
անկյան ռոտորով: Փորձանոթների  
դիրքերի քանակն անկյունային  
ռոտորում՝ ոչ պակաս քան 12  
փորձանոթ էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,  
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

				<p>չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---