

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ Ժամանակի չափիչով, զրոյական

մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայությունն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. ոչ պակաս քան 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում ժամանակի կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից 60 րոպեի միջակայքում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է հագեցած լինի փոխարինվող ռոտորով՝ 10-250 մլ նմուշների ցենտրիֆուգման համար Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը

				<p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական

մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայությունն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. ոչ պակաս քան 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում ժամանակի կարգավորումը ոչ պակաս քան 1-ից 60 րոպեի միջակայքում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը պետք է հագեցած լինի փոխարինվող ռոտորով՝ 10-250 մլ նմուշների ցենտրիֆուգման համար Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը

				<p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---