

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ Ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ Ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ |

անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
Թվային դիսփլեյի առկայություն
Գերտաքացման պաշտպանության և
ավտոմատ ազդանշանային
գործառույթի առկայություն
Առավելագույն պտտման
հաճախականություն առնվազն
15.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս
քան 19.000×g Արագության
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±30
պտ/րոպ Ժամանակի ճշգրտում ոչ
պակաս քան 1-60 րոպեի
սահմաններում Ջերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը ոչ
պակաս քան -10-ից +40 °C
Ջերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան
65 դբ Միկրոռոտորների և
ռոտորների առկայություն PCR
շերտերի համար Ռոտորի
տարողությունը ոչ պակաս քան
24x1,5 մլ / 2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում
220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ | Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում և վտոմատ |

անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
Թվային դիսփլեյի առկայություն
Գերտաքացման պաշտպանության և
ավտոմատ ազդանշանային
գործառույթի առկայություն
Առավելագույն պտտման
հաճախականություն առնվազն
15.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս
քան 19.000×g Արագության
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±30
պտ/րոպ Ժամանակի ճշգրտում ոչ
պակաս քան 1-60 րոպեի
սահմաններում Ջերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը ոչ
պակաս քան -10-ից +40 °C
Ջերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան
65 դբ Միկրոռոտորների և
ռոտորների առկայություն PCR
շերտերի համար Ռոտորի
տարողությունը ոչ պակաս քան
24x1,5 մլ / 2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում
220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|