

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 25                 | Ավտոկլավ սեղանի       | Ավտոկլավ սեղանի     | Ավտոկլավ սեղանի | Ավտոկլավ սեղանի        | Ավտոկլավ սեղանի Ավտոկլավ<br>հորզոնական գոլորշային ոչ պակաս<br>քան 20 լիտր ստերիլիզացնող<br>կամերայով Ախտահանվող<br>գործընթացը ավտոմատ<br>վերահսկվում է Ունի չորացման<br>գործառույթ հասնելու համար<br>ստերիլիզացված նյութերի<br>չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի<br>և բարձր ճնշման ավտոմատ<br>պաշտպանության Դռան բաց լինելու<br>ավտոմատ պաշտպանության<br>առկայություն Տազնապը ցույց է<br>տալիս, որ ստերիլիզացման<br>կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի |

քան 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-60 րոպե տիրույթում Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-20 րոպե տիրույթում Տաքության շեղումը  $\pm 2^\circ\text{C}$  Պետք է

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ունենա թվային դիսփլեյ<br/>աշխատանքային պարամետրերի<br/>ցուցադրման համար Սնուցումը<br/>220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲՈՒՍՈՒՄՔ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25         |                        |               |       |                            |                            |