

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Թերմոինկուբատոր	DBI-100V	DBI-100V	Infitek Co., Ltd	Թերմոինկուբատորը օգտագործվում է Նմուշների ինկուբացիայի գործընթացում Դիսփլեյի առկայություն Ջերմաստիճանի միջակայքը +5°C - 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ±0.3°C Ժամանակաչափի առկայություն Ժամանակի միջակայքը 0րոպե - 99 Ժամ Ձեռուլցման ժամանակը 30°C-ից 100°C ոչ ավելի քան 15 րոպե Տարբեր փորձանոթների համար բլոկների առկայություն 0,2 մլ փորձանոթների համար 40 անցքով 0,5 մլ փորձանոթների համար 24

				<p>անցքով 1,5 մլ փորձանոթների համար 15 անցքով Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Թերմոհսկուբատոր	DBI-100V	DBI-100V	Infitek Co., Ltd	Թերմոհսկուբատորը օգտագործվում է Նմուշների իսկուբացիայի գործընթացում Դիսփլեյի առկայություն Ջերմաստիճանի միջակայքը +5°C - 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ±0.3°C Ժամանակաչափի առկայություն Ժամանակի միջակայքը 0րոպե - 99 Ժամ Ջեռուցման ժամանակը 30°C-ից 100°C ոչ ավելի քան 15 րոպե Տարբեր փորձանոթների համար բլոկների առկայություն 0,2 մլ փորձանոթների համար 40 անցքով 0,5 մլ փորձանոթների համար 24

				<p>անցքով 1,5 մլ փորձանոթների համար 15 անցքով Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---