

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Լաբորատոր թափահարիչ	WSZ-100A	WSZ-100A	BOYN INSTRUMENTS	Նախատեսված է հորիզոնական հարթությունում 100-ից 1000 մլ ծավալով մի քանի անոթներում հեղուկների միաժամանակյա խառնման համար՝ հարթակի փոխադարձ շարժման միջոցով Հարթակի շարժման հետագիծը հետադարձ-վերադարձելի Հարթակի տատանումների կարգավորելի հաճախականությունը 300 տատանում / րոպե Հարթակի շարժումը 10-12 մմ միջակայքում Հարթակի տարողությունը հարթ հատակով կուլբաներ 1000 մլ ծավալով - 2 հատ; 500 մլ - 2 հատ;

				<p>250 մլ - 4 հատ; 100 մլ - 4 հատ: Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Լարրատոր թափահարիչ	WSZ-100A	WSZ-100A	BOYN INSTRUMENTS	Նախատեսված է հորիզոնական հարթությունում 100-ից 1000 մլ ծավալով մի քանի անոթներում հեղուկների միաժամանակյա խառնման համար՝ հարթակի փոխադարձ շարժման միջոցով չարթակի շարժման հետագիծը հետադարձ-վերադարձելի չարթակի տատանումների կարգավորելի հաճախականությունը 300 տատանում / րոպե չարթակի շարժումը 10-12 մմ միջակայքում չարթակի տարողությունը հարթ հատակով կոլբաներ 1000 մլ ծավալով - 2 հատ; 500 մլ - 2 հատ;

				<p>250 մլ - 4 հատ; 100 մլ - 4 հատ: Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--