

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |                         |                         |   |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը      | ապրանքային նշանը        | մակնիշը                 | արտադրողի անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 8               | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C | Բժշկական սառցարան -40°C<br>Սառցարան բժշկական նպատակներով Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 2 պահատուկների առկայություն<br>Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային Էկրանով` ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ<br>Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան -20 °C - -40 °C Թվային Էկրանը պետք է ցույց տա սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>համար լսելի և տեսանելի<br/>ահագանգման համակարգ Ոչ<br/>պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի<br/>ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի<br/>ազդանշան,<br/>Էներգոմատակարարման սխալի<br/>ազդանշան Սառեցման սենսորների<br/>առկայություն ճավալը ոչ պակաս<br/>քան 110 լիտր Էլեկտրոսնուցումը՝<br/>220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն). 1) ISO13485 կամ<br/>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդսիստրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                   |                                      |                                      |                                      |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование               | товарный знак                        | марка                                | наименование производителя           | технические характеристики   |
| 8          | Медицинская морозильная камера -40°C | Медицинская морозильная камера -40°C | Медицинская морозильная камера -40°C | Медицинская морозильная камера -40°C | Медицинская морозильная камера -40°C Морозильная камера для медицинских целей Должна иметь наружный замок Наличие не менее чем 2 полок в каждой камере Высокоточная микропроцессорная система контроля температуры с цифровым дисплеем с точностью не более чем 0,1 °C Диапазон настройки температуры не менее чем в диапазоне -20°C - -40°C На цифровом дисплее должно отображаться состояние морозильной камеры Звуковая и визуальная сигнализация для |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>безопасного хранения<br/>Сигнализация о высокой<br/>температуре, сигнализация о<br/>низкой температуре, сигнализация<br/>о сбое напряжения Наличие<br/>датчиков охлаждения Объем не<br/>менее чем 110 литров Питание: 220<br/>В / 50 Гц Комплектация и<br/>аксессуары: Установка и пуско-<br/>наладочные работы Обучение<br/>персонала на месте Руководство<br/>пользователя на армянском или<br/>английском, или русском языках<br/>Оборудование должно быть новым,<br/>неиспользованным В комплект<br/>входят все необходимые<br/>дополнительные устройства и<br/>аксессуары для полноценной<br/>работы оборудования Гарантия: не<br/>менее чем 24 месяцев.<br/>Сертификаты качества (наличие):<br/>1) ISO 13485 или эквивалент 2) CE<br/>Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA<br/>или эквивалент</p> |
|--|--|--|--|--|