

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |                         |                         |   |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը      | ապրանքային նշանը        | մակնիշը                 | արտադրողի անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 9               | Մանրեագերծիչ չոր օդային | Մանրեագերծիչ չոր օդային | Մանրեագերծիչ չոր օդային | Մանրեագերծիչ չոր օդային | Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ ոչ պակաս քան երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից կամ ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման |

թունելներ, տեղադրված աջ (կամ ձախ) կողմի ներքևում և ձախ (կամ աջ) կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար

Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափի ոչ պակաս քան 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ձերմաչափի չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 50°C - 200°C միջակայքում

Ձերմակարգավորիչի տիրույթը ոչ պակաս, քան 30°C - 200°C

Անվտանգության թերմոստատի առկայությունն Էլեկտրոնսուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն

Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմում

Ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br>Որակի վկայականներ<br>(առկայություն) 1) ISO13485 կամ<br>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդակցիոնային ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                        |                        |                            |   |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак          | марка                  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 9          | Стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный     | Стерилизатор воздушный Полезный объем не менее чем 80 литров Наружный корпус из нержавеющей стали. Внутренняя конструкция, не менее чем двух регулируемых внутренних полок, дверца полностью из нержавеющей стали или термостойкого стекла. Внутренняя конструкция или дверь с прокладкой из нетоксичной силиконовой резины, изолированная высококачественной стекловатой Регулируемые вентиляционные каналы, расположенные под правой (или |

левой) стороной и над левой (или правой) стороной для регулирования и циркуляции горячего воздуха, что полезно для быстрого охлаждения устройства. Электрическая часть изолирована и защищена Таймер не менее чем в диапазоне от 0 до 120 минут, который выключает устройство в назначенное время. Диапазон измерения термометра составляет не менее чем 50°C - 200°C Диапазон терморегуляции составляет не менее чем 30°C - 200°C Наличие предохранительного термостата. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1) ISO 13485

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | или эквивалент 2) CE Mark<br>(Directive 93/42 / EEC) или FDA или<br>эквивалент |
|--|--|--|--|--|--|