

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար ոչ պակաս քան 10X/18-20 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ

ճշգրտում, շարժվող միջակայքը ոչ ավելի քան 24 մմ Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան $NA = 1,25$ Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y ՝ ոչ պակաս քան 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W կամ համարժեք աղբյուր Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(անկայունություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդիստիստրիսի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Микроскоп бинокулярный	Микроскоп бинокулярный	Микроскоп бинокулярный	Микроскоп бинокулярный	Микроскоп бинокулярный Четырехместный вращающийся наконечник. Оптическая система: Ахроматическая оптическая система Бинокулярная головка: наклонена на 30° Межзрачковое расстояние: не менее чем в диапазоне от 55 до 75 мм, отклонение не более чем 10% Объективы: Ахроматические цели не менее чем 4x; 10x, 40x; 100x Окуляр: Широкоугольный окуляр 10X/18-20 Фокусировка: Коаксиальная грубая и точная регулировка, диапазон

перемещения не более чем 24 мм
Конденсатор: не менее чем
NA=1,25 с ирисовой диафрагмой и
фильтром Ступень: Двухслойная
механическая ступень, X/Y: не
менее чем 139 мм x 139 мм,
диапазон перемещения не менее
чем 75x 50 мм Освещение:
минимум 6 В / 10 Вт или 6 В/20 Вт
или эквивалентный источник
Электропитание 220 В, 50/60 Гц
Комплектация и аксессуары:
Пылезащитный чехол, синий и
зеленый фильтры, погружное
масло и инструкция по
эксплуатации входят в комплект
поставки. В комплект входят
галогенные лампы мощностью 6 В
10 Вт или 6 В 20 Вт или
эквивалентные лампы. Установка и
пуско-наладочные работы Обучение
персонала на месте Руководство
пользователя на армянском,
английском или русском языках
Оборудование должно быть новым,
неиспользованным В комплект
входят все необходимые
дополнительные устройства и
аксессуары для полноценной

				работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	---