

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Թերմոինկուբատոր	Թերմոինկուբատոր	Թերմոինկուբատոր	Թերմոինկուբատոր	Թերմոինկուբատոր Թերմոինկուբատորը պետք է օգտագործվի Նմուշների ինկուբացիայի գործընթացում Դիսփլեյի առկայություն Ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան +30°C - 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1°C Ժամանակաչափի առկայություն Ժամանակի միջակայքը ոչ պակաս քան 1 րոպե - 90 ժամ Ջեռուցման ժամանակը 30°C-ից 100°C ոչ ավելի քան 15 րոպե Տարբեր փորձանոթների համար բլոկների

				<p>առկայություն 0,2 մլ փորձանոթների համար ոչ պակաս քան 24 անցքով 0,5 մլ փորձանոթների համար ոչ պակաս քան 15 անցքով 1,5 մլ փորձանոթների համար ոչ պակաս քան 10 անցքով Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ+C649:E657 համարժեք</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդսիստրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲՎԱՎՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Термоинкубатор	Термоинкубатор	Термоинкубатор	Термоинкубатор	Термоинкубатор Термоинкубатор должен быть использован для термостатического процесса инкубации образца Наличие дисплея Диапазон температур не менее чем +30°C - 100°C Точность измерения температуры не более чем ±1°C Наличие таймера Диапазон времени не менее чем от 1 мин до 90 ч Время нагрева от 30°C до 100°C не более 15 мин Наличие блоков для разных тубиков: Для пробирок объемом 0,2 мл с не менее чем 24 лунок Для пробирок объемом 0,5 мл с не

				<p>менее чем 15 лунок Для пробирок объемом 1,5 мл с не менее чем 10 лунок Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ISO 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	--