

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | BIOBASE BIOMED CO., LTD | BIOBASE | BJPX-SH88 | BIOBASE BIOMED CO., LTD | Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը՝ 88 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված աջ կողմի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափ՝ 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ձերմաչափի չափման տիրույթը՝ 50°C - 250°C միջակայքում Ձերմակարգավորիչի տիրույթը՝ 10°C - 250°C Անվտանգության թերմոստատի առկայություն Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափ ` 0-ից 120 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ձերմաչափի չափման տիրույթը ` 50°C - 250°C միջակայքում Ձերմակարգավորիչի տիրույթը ` 10°C - 250°C Անվտանգության թերմոստատի առկայություն Էլեկտրոսնուցում` 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը `24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) CE Mark</p> |
|--|--|--|--|---|

