

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BKC-TL5B	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ Ցենտրիֆուգը նախատեսված է արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ. մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան

արգելափակում Ավտոմատ
անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում Անխոզանակ
շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության
նախնական ընտրությամբ և
ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ.
200-ից 5000 պտ / րոպե: Ժամանակի
կարգավորումը՝ 1-ից 60 րոպեի
միջակայքում Համակարգի
կազմաձևման պարագաներ,
պահեստամասեր և ծախսվող
նյութեր: Ցենտրիֆուգը հագեցած է
16x10/15մլ, 8x50մլ և 4x250մլ
փոխարինվող ռոտորներով:
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 , 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE
Mark (Directive 93/42/EEC)

արգելափակում Ավտոմատ
անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում Անխոզանակ
շարժիչ՝ ճշգրիտ արագության
նախնական ընտրությամբ և
ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ.
200-ից 5000 պտ / րոպե: Ժամանակի
կարգավորումը՝ 1-ից 60 րոպեի
միջակայքում Համակարգի
կազմաձևման պարագաներ,
պահեստամասեր և ծախսվող
նյութեր: Ցենտրիֆուգը հագեցած է
16x10/15մլ, 8x50մլ և 4x250մլ
փոխարինվող ռոտորներով:
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 , 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ. անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE
Mark (Directive 93/42/EEC)

