

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	PCR անալիզների պահարան	PCR-800 Biobase	PCR-800	Biobase	PCR անալիզների պահարան PCR անալիզների պահարանը Նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը PCR անալիզների իրականացման ժամանակ: 4 անիվների վրա 2 անիվը արգելակներով Դիմապակին Էլեկտրական շարժիչով, բարձրությունը կարգավորելի Թվային դիսփլեյի առկայություն Ներքին չափերը (Wxdxh): Երկարությունը. 700-ից 900 մմ

Խորությունը. 580-ից 620 մմ  
Ընդհանուր բարձրությունը. 550-ից  
600 մմ Ընդհանուր չափերը (Wxdxh):  
Երկարությունը. 800-ից 1000 մմ  
Խորությունը. 680-ից 720 մմ  
Ընդհանուր բարձրությունը. 1700-ից  
1800 մմ Օդի հոսքի արագությունը և  
0,3-0,5 մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի  
արագության կարգավորում LED  
լամպի առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացման լամպի  
առկայություն, որի ճառագայթումը  
պետք է լինի 253,7 նմ`  
ստերիլիզացման լավագույն  
ազդեցությանը հասնելու համար:  
Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացում  
ուլտրամանուշակագույն լամպի  
ժամանակաչափի գործառույթով  
Հիմնականիսըը պետք է  
պատրաստված լինի պողպատից`  
հակամանրէային փոշու ծածկույթով  
Աշխատանքային սեղանը պետք է  
պատրաստված լինի չժանգոտվող  
պողպատից 2 անջրանցիկ  
Էլեկտրական վարդակների  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի

				<p>արդյունավետությունը 99,995% 0,3 միկրոնի դեպքում Պոլիէսթեր մանրաթելից լվացվող նախնական ֆիլտրի առկայություն Շտատիվով չժանգոտվող պողպատից դարակի առկայություն Ջրի ծորակի առկայություն Գազի ծորակի առկայությունը Ջրի լվացարանի առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485, ISO9001 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	PCR անալիզների պահարան	PCR-800 Biobase	PCR-800	Biobase	PCR անալիզների պահարան PCR անալիզների պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը PCR անալիզների իրականացման ժամանակ: 4 անիվների վրա 2 անիվը արգելակներով Դիմապակին էլեկտրական շարժիչով, բարձրությունը կարգավորելի թվային դիսփլեյի առկայությունն Ներքին չափերը (Wxdxh): Երկարությունը. 700-ից 900 մմ

Խորությունը. 580-ից 620 մմ  
Ընդհանուր բարձրությունը. 550-ից  
600 մմ Ընդհանուր չափերը (Wxdxh):  
Երկարությունը. 800-ից 1000 մմ  
Խորությունը. 680-ից 720 մմ  
Ընդհանուր բարձրությունը. 1700-ից  
1800 մմ Օդի հոսքի արագությունը և  
0,3-0,5 մ/վ միջակայքում Օդի հոսքի  
արագության կարգավորում LED  
լամպի առկայություն  
Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացման լամպի  
առկայություն, որի ճառագայթումը  
պետք է լինի 253,7 նմ`  
ստերիլիզացման լավագույն  
ազդեցությանը հասնելու համար:  
Ուլտրամանուշակագույն  
ստերիլիզացում  
ուլտրամանուշակագույն լամպի  
ժամանակաչափի գործառույթով  
Հիմնականիսը պետք է  
պատրաստված լինի պողպատից`  
հակամանրէային փոշու ծածկույթով  
Աշխատանքային սեղանը պետք է  
պատրաստված լինի չժանգոտվող  
պողպատից 2 անջրանցիկ  
Էլեկտրական վարդակների  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի

				<p>արդյունավետությունը 99,995% 0,3 միկրոնի դեպքում Պոլիէսթեր մանրաթելից լվացվող նախնական ֆիլտրի առկայություն Շտատիվով չժանգոտվող պողպատից դարակի առկայություն Ջրի ծորակի առկայություն Գազի ծորակի առկայությունը Ջրի լվացարանի առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485, ISO9001 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---