

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի        |                           |                           |                           |   |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը     | ապրանքային<br>նշանը       | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 10                 | Բիսոկուլյար<br>մանրադիտակ | Բիսոկուլյար<br>մանրադիտակ | Բիսոկուլյար<br>մանրադիտակ | Բիսոկուլյար<br>մանրադիտակ | Բիսոկուլյար մանրադիտակ<br>Չորստեղանի պտտվող գլխիկ<br>Օպտիկական համակարգ.<br>Աքրոմատիկ օպտիկական<br>համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30°<br>թեքված Միջբիբային<br>հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան<br>55-ից 75 մմ-ի սահմաններում,<br>շեղումը ոչ ավելի քան 10%<br>Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ<br>օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x;<br>10x, 40x; 100x Օկուլյար՝<br>լայնանկյունային օկուլյար ոչ<br>պակաս քան 10X/18-20<br>Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ |

ճշգրտում, շարժվող միջակայքը ոչ ավելի քան 24 մմ Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան  $NA = 1,25$  Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ,  $X / Y$ ՝ ոչ պակաս քան 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W կամ համարժեք աղբյուր Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | (անկայունություն) 1) ISO13485 կամ<br>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                        |                        |                            |   |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак          | марка                  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 10         | Բիսոկուլյար մանրադիտակ | Բիսոկուլյար մանրադիտակ | Բիսոկուլյար մանրադիտակ | Բիսոկուլյար մանրադիտակ     | Բիսոկուլյար մանրադիտակ<br>Չորստեղանի պտտվող գլխիկ<br>Օպտիկական համակարգ.<br>Աքրոմատիկ օպտիկական<br>համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30°<br>թերված Միջբիբային<br>հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան<br>55-ից 75 մմ-ի սահմաններում,<br>շեղումը ոչ ավելի քան 10%<br>Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ<br>օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x;<br>10x, 40x; 100x Օկուլյար՝<br>լայնանկյունային օկուլյար ոչ<br>պակաս քան 10X/18-20<br>Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ |

ճշգրտում, շարժվող միջակայքը ոչ ավելի քան 24 մմ Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան  $NA = 1,25$  Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ,  $X / Y$ ՝ ոչ պակաս քան 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W կամ համարժեք աղբյուր Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | (անկայունություն) 1) ISO13485 կամ<br>համարժեք 2) CE Mark (Directive<br>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|--|