

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ	Բինոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բինոկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար ոչ պակաս քան 10X/18-20 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ

ճշգրտում, շարժվող միջակայքը ոչ ավելի քան 24 մմ Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան $NA = 1,25$ Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y ՝ ոչ պակաս քան 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W կամ համարժեք աղբյուր Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(անկայունություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ	Բիսոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բիսոկուլյար գլխիկը՝ 30° թերված Միջբիբային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 55-ից 75 մմ-ի սահմաններում, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ ոչ պակաս քան 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար ոչ պակաս քան 10X/18-20 Կիզակետում. կոպիտ և նուրբ

ճշգրտում, շարժվող միջակայքը ոչ ավելի քան 24 մմ Կոնդենսատոր՝ ոչ պակաս քան $NA = 1,25$ Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով Էտապ՝ երկշերտանի մեխանիկական սեղանիկ, X / Y ՝ ոչ պակաս քան 139մմ×139մմ, շարժվող միջակայքը ոչ պակաս քան 75x 50 մմ Լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 6V / 10W կամ 6V / 20W կամ համարժեք աղբյուր Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Ներառված է փոշու ծածկը, կապույտ և կանաչ ֆիլտրը, իմերսիոն յուղը և հրահանգների ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W կամ 6V 20W հալոգեն կամ համարժեք լամպ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(անկայունություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--