

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Dräger, Hillrom, և GE Healthcare	Dräger Movita Media System, Hillrom Privacy Screen,	Dräger, Hillrom, և GE Healthcare	Եռափեղկ շիժմա առնվազն 165սմ ընդհանուր բարձրությամբ, յուրաքանչյուր փեղկի լայնքը ոչ պակաս քան 60սմ, իրանը չժանգոտող պողպատ ոչ պակաս քան 1,9սմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 1մմ, յուրաքանչյուր փեղկի իրանը ամբողջական մետաղական խողովակից՝ առանց անկյունային կցորդիչ դետալների, ցանկալի է առանց եռակցումների, իսկ դրանց դեպքում եռակցումը պետք է լինի հպման գծով ամբողջական՝ առանց ընդհատումների: Փեղկերի միացումը միմիանց պետք է լինի այնպիսին, որ մեկը մյուսի հանդեպ պտտվի երկու կողմի վրա ամբողջությամբ (360աստիճան), առնվազն յուրաքանչյուր փեղկի վրա առկա ոտք երկու ակերով, որոնց առանցքները իրարից հեռու են առնվազն 35սմ, քողարկող շերտը չպետք է լինի կտոր, պետք է լինի

				հատուկ պլաստիկից, որը ենթակա է տեղում մաքրման և ախտահանման հիվանդանոցային սյուրթերով: Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-24/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Dräger, Hillrom, u GE Healthcare	Dräger Movita Media System,Hillrom Privacy Screen,	Dräger, Hillrom, u GE Healthcare	Трехпролетная ширма общей высотой не менее 165см, ширина каждой створки не менее 60см, корпус из нержавеющей стали с диаметром не менее 1,9 см, толщина стенки не менее 1мм, корпус каждой створки из цельнометаллической трубы: без угловых деталей прикрепления, желательно без сварок, а при сварок, швы должны быть на всю линию соприкосновения без приостановок. Соединение створок должно быть таким, чтобы одна вокруг другого могла поворачиваться в обе стороны полностью (360 градусов), как минимум на каждой створке должен быть ножка с двумя роликами, расстояние осей между них не менее 35см, маскирующий слой не должен быть тканевым, должен быть из специального пластика, подлежащего очистке и дезинфекции на месте с

				использованием больничных материалов. Должно предоставляется гарантия не менее 1 года.
--	--	--	--	--