

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 27 | CO2 ինկուբատոր | Biobase, Infitek | BJPX-C806 ICB-CO2. ICB-CO2-80H | Biobase, Infitek | Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 Լ LCD դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Երկու դռների առկայություն՝ առջևի և ներքին ապակյա Կոնդենսացիայի ոչ առկայության համակարգ. խցիկում և ապակե դռան վրա չպետք է լինի կոնդենսատ Ջերմաստիճանի վերահսկում Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +5 - + 55 ° C միջակայքում Ջերմաստիճանային |

թողունակությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$ °C Ներքին ցիրկուլացիայի համակարգի առկայություն

Խոնավությունը ոչ պակաս քան 80% Խոնավեցման միջոց. բնական գոլորշիացում CO2

պարունակության միջակայքը ոչ պակաս քան 0-20% CO2

թողունակությունը ոչ ավելի քան $\pm 0,1$ °C CO2 սենսորի առկայություն

Ստերիլիզացումը ուլտրամանուշակագույն լամպով Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ Ոչ պակաս քան 10 լիտր ծավալով CO2 գազի բալոնի առկայություն Գազի բալոնը պետք է ամբողջությամբ լցված լինի CO2 գազով Հատուկ CO2 ճնշման նվազեցման ռեդուկտորի առկայություն CO2 գազ մատակարարելու համար HEPA կամ ULPA գոտիչի առկայություն

Տեսողական և ձայնային ազդանշանի առկայություն Ոչ պակաս քան CO2 կոնցենտրացիայի և ջերմաստիճանի գերազանցման

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ահագանգերի առկայությունը Ներքին կառավարության շտաբի գրասենյակում Ոչ պակաս քան երկու դարակների առկայությունը Սևուցումը 220Կուլտ, 50/60Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Լրակազմում Ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 27 | | | | | |