

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	TABLE- TYPE LOW-SPEED CENTRIFUGE, /Benchtop Low Speed Centrifuge	Kaida,/Scitek	TD5G ,/CFG-5LEI	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/Scitek Global CO., LTD	<p>1) Ցենտրիֆուգ` արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն. 12x15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) Կառավարման վահանակ -մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և</p>

արագության ցուցիչ՝
Ժամանակաչափով Դռան
արգելափակում Սպասարկում -
անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ
արագության նախնական
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ
Արագության տիրույթ. 0-ից 5000 պտ
/ րոպե տիրույթում Ժամանակի
կարգավորումը՝ 0-ից 99 րոպեի
միջակայքում Համակարգի
կազմաձևման պարագաներ,
պահեստամասեր և ծախսվող
նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած
կլինի ֆիքսված անկյան ռոտորով:
Փորձանոթների դիրքերի քանակն
անկյունային ռոտորում՝ 12
փորձանոթ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն
Սարքավորումը կլինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն) 1)

					ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) 2)
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	TABLE- TYPE LOW-SPEED CENTRIFUGE, /Benchtop Low Speed Centrifuge	Kaida,/Scitek	TD5G ,CFG-5LEI	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD./Scitek Global CO., LTD.	Настольная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Емкость пробирки. не менее чем в диапазоне 5-15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с

переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.
Дверной замок Не требующий технического обслуживания
бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем.
Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин
Регулирование времени не менее чем в диапазоне от 1 до 60 минут
Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы
Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона.
Количество положений пробирок в угловом роторе: не менее чем 12 пробирок
Электропитание 220 В, 50/60 Гц
Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и

					аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	--