

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Table-Type High Performance Low-Speed Centrifuge/Benchtop Low Speed Centrifuge	Kaida,/Scitek	TD5A/CFG-5L	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/Scitek Global CO., LTD	1) Լաբորատոր ցենտրիֆուգա՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ - մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան

արգելափակում Ավտոմատ
անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում Սպասարկում
- անխոզանակ շարժիչ՝ ճշգրիտ
արագության նախնական
ընտրությամբ և ցուցադրմամբ
Արագության տիրույթ. 0-ից 5500 պտ
/ րոպե տիրույթում ժամանակի
կարգավորումը՝ 0-ից 99 րոպեի
միջակայքում Համակարգի
կազմաձևման պարագաներ,
պահեստամասեր և ծախսվող
նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած
կլինի փոխարինվող ռոտորով՝ 4x250
մլ նմուշների ցենտրիֆուգման
համար Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ,
50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն
Սարքավորումը կլինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն) 1)

ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC),2)Լաբորատոր ցենտրիֆուգ `արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար:
Գործառնական պահանջներ.
Կոմպակտ կոնստրուկցիա ` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար
Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ - մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ` ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի առկայություն ցենտրիֆուգի դիզբալանսի դեպքում Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. 0-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում ժամանակի կարգավորումը` 1-ից 99 րոպեի միջակայքում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ,

				<p>պահեստամասեր և ծախսվող սյուրթեր Ցենտրիֆուգը հագեցած կլինի փոխարինվող ռոտորով՝ 4x50 մլ նմուշների ցենտրիֆուգման համար Էլեկտրոնսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 2014/30/EEC and 2014/35)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԾԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Table-Type High Performance Low-Speed Centrifuge/Benchtop Low Speed Centrifuge	Kaida,/Scitek	TD5A/CFG-5L	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/Scitek Global CO., LTD	Настольная лабораторная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером.

Дверной замок Наличие функции автоматического отключения в случае центрифужного дисбаланса Не требующий технического обслуживания бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем. Диапазон оборотов: не менее чем в диапазоне от 200 до 5000 об/мин Регулирование времени не менее чем в диапазоне от 1 до 60 минут Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы Центрифуга должна быть оснащена сменным ротором для центрифугирования образцов объемом 10-250 мл. Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и

					аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	--