

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	-----	---	---	Թերմոստատ 80 լիտր տարողությամբ Ինկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 80 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 թույլից մինչև 999 ժամ Ծրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ձերմաստիճանի վերահսկում Բարձր

ջերմաստիճանից պաշտպանության առկայություն Չժանգոտվող պողպատե պատյան Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով Ներքին ապակե դուռ Հեշտ մաքրվող ինտերիեր` պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս, քան 1 չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր)

Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - + 80 ° C միջակայքում Power supply: 220V, 50/60 Hz. Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործվածց Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	---	---	Թերմոստատ 80 լիտր տարողությամբ Իսկուբատորի ծավալը ոչ պակաս քան 80 Լ Օդափոխության առկայություն Բնական կոնվեկցիա Դիսփլեյով հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ միկրոպրոցեսորային հսկիչի առկայություն Թվային հետադարձ հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորմամբ, լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 999 ժամ Ծրագիրը պետք է պահպանվի հոսանքի խափանման դեպքում Ձերմաստիճանի վերահսկում Բարձր

				<p>ջերմաստիճանից պաշտպանության առկայություն Չժանգոտվող պողպատե պատյան Լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից դուռ փականով Ներքին ապակե դուռ Հեշտ մաքրվող ինտերիեր` պատրաստված չժանգոտվող պողպատից Ոչ պակաս, քան 1 չժանգոտվող պողպատից ցանց(եր)</p> <p>Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ պակաս քան +20 - + 80 ° C միջակայքում Power supply: 220V, 50/60 Hz. Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործվածց Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

