

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	---	---	---	---	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ Ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ Ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ

անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
Թվային Էկրան Գերտաքացման
պաշտպանության և ավտոմատ
ազդանշանային գործառույթի
առկայությունն Առավելագույն
պատման հաճախականությունն ոչ
պակաս քան 15.000 պտ/րոպ
Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը
ոչ պակաս քան 19.000×g
Արագության ճշգրտությունը ոչ
ավելի քան ±30 պտ/րոպ
Ժամանակի ճշգրտում ոչ պակաս
քան 1-60 րոպեի սահմաններում
Ջերմաստիճանի կարգավորման
միջակայքը ոչ պակաս քան -10-ից
+40 °C Ջերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան
65 դբ Ռոտորի տարողությունը ոչ
պակաս քան 30x10մլ / 15 մլ
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն

				<p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	---	---	---	---	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում և վտոմատ

անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
Թվային Էկրան Գերտաքացման
պաշտպանության և ավտոմատ
ազդանշանային գործառույթի
առկայությունն Առավելագույն
պատման հաճախականությունն ոչ
պակաս քան 15.000 պտ/րոպ
Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը
ոչ պակաս քան 19.000×g
Արագության ճշգրտությունը ոչ
ավելի քան ±30 պտ/րոպ
Ժամանակի ճշգրտում ոչ պակաս
քան 1-60 րոպեի սահմաններում
Ջերմաստիճանի կարգավորման
միջակայքը ոչ պակաս քան -10-ից
+40 °C Ջերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան
65 դբ Ռոտորի տարողությունը ոչ
պակաս քան 30x10մլ / 15 մլ
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն

				<p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--