

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագիրը
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	
3	---	---	---	---	Ջրային բաղնիք Տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 6լ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան +5°C - ից 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան 0,5°C Միատարրություն: 3.0 oC Բաղնիքի նյութը՝ ապակյա Ջրի խառնիչի առկայություն Ջրային բաղնիքի չափսերին համապատասխան փորձանոթների շտատիվի առկայություն՝ չժանգոտվող նյութից Շտատիվը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 10 տեղանոց՝ նախատեսված 2.5մլ, 5մլ, 10մլ և 15մլ

				<p>փորձանոթների համար Էլեկտրոսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	---	---	---	---	Ջրային բաղնիք Տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 6լ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան +5°C - ից 100°C Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան 0,5°C Միատարրություն: 3.0 oC Բաղնիքի նյութը՝ ապակյա Ջրի խառնիչի առկայություն Ջրային բաղնիքի չափսերին համապատասխան փորձանոթների շտատիվի առկայություն՝ չժանգոտվող նյութից Շտատիվը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 10 տեղանոց՝ նախատեսված 2.5մլ, 5մլ, 10մլ և 15մլ

				<p>փորձանոթների համար Էլեկտրոսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---