

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Advanced Blood Bank Refrigerator | HXC-629 | Haier,HXC-629 | Haier | Սառնարան արյան պահպանման համար $+4(\pm 1)^{\circ}\text{C}$ Նախատեսված է արյան և Էրիթրոցիտների զանգվածը արյան փոխներարկման կայաններում, հիվանդանոցներում և առողջապահական այլ հաստատություններում պահելու համար: Հատկություններ և լրացուցիչ տարրեր. Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ ուլտրազգայուն ջերմաստիճանի տվիչով Դուռը մետաղական կողպեքով Խցիկում ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում Ազդանշան՝ |

սահմանված ջերմաստիճանային սահմանից շեղվելու դեպքում Կառավարման վահանակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի առկայություն Օդի շրջանառության հարկադիր համակարգ Դռան բացման ժամանակ օդափոխիչի ավտոմատ անջատում Արյան և դրա բաղադրիչների պահպանման համար 24 հարմար և տարողունակ տարաների առկայություն Ջերմային քարտի առկայություն Ներքին պահարանի և դռան վահանակի հակաբակտերիալ ծածկույթ Ընդհանուր ծավալը 629 լիտր Սառնարանի հալեցման համակարգի առկայություն Սառնարանային ջերմաստիճանը $+ 2 - + 6 \text{ } ^\circ \text{C}$ տիրույթում Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտությունը $\pm 2 \text{ } ^\circ \text{C}$ Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վ -240Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 ,ISO 9001</p> <p>2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) http://haiermedical-en.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/asset/20220510/Advanced%20Blood%20Bank%20Refrigerator%20with%20LED%20Display%20HXC-149-429-629-1369%202022.3.1-V2%209.pdf</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | Advanced Blood Bank Refrigerator | HXC-629 | Haier,HXC-629 | Haier | <p>Սառնարան արյան պահպանման համար $+4(\pm 1)^{\circ}\text{C}$ Նախատեսված է արյան և էրիթրոցիտների գանգվածը արյան փոխներարկման կայաններում, հիվանդանոցներում և առողջապահական այլ հաստատություններում պահելու համար: Հատկություններ և լրացուցիչ տարրեր.</p> <p>Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ ուլտրազգայուն ջերմաստիճանի տվիչով Դուռը մետաղական կողպեքով Խցիկում ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում Ազդանշան՝</p> |

սահմանված ջերմաստիճանային սահմանից շեղվելու դեպքում Կառավարման վահանակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի առկայություն Օդի շրջանառության հարկադիր համակարգ Դռան բացման ժամանակ օդափոխիչի ավտոմատ անջատում Արյան և դրա բաղադրիչների պահպանման համար 24 հարմար և տարողունակ տարաների առկայություն Ջերմային քարտի առկայություն Ներքին պահարանի և դռան վահանակի հակաբակտերիալ ծածկույթ Ընդհանուր ծավալը 629 լիտր Սառնարանի հալեցման համակարգի առկայություն Սառնարանային ջերմաստիճանը $+ 2 - + 6 \text{ } ^\circ \text{C}$ տիրույթում Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտությունը $\pm 2 \text{ } ^\circ \text{C}$ Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վ -240Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 ,ISO 9001</p> <p>2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) http://haiermedical-en.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/asset/20220510/Advanced%20Blood%20Bank%20Refrigerator%20with%20LED%20Display%20HXC-149-429-629-1369%202022.3.1-V2%209.pdf</p> |
|--|--|--|--|--|