

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	---	---	---	---	Արյան դոնորական բազկաթոռ Դոնորական բազկաթոռ Նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդեյլեբուրգի դիրքը՝ ոչ պակաս քան 0-12 ° միջակայքում Աթոռի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի առաջնակարգ դասի փոշեներկված պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված

արհեստական կաշվով Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. Առաջ / դեպի / կողմերի ուղղությունների կարգավորում Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ Պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 4x10սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 240 կգ Պետք է հագեցած լինի նվազագույնը 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 580-780 մմ միջակայքում Չափերը. Ոչ պակաս, քան Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 600 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1900 մմ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է

				<p>Ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	---	---	---	---	Արյան դոնորական բազկաթոռ Դոնորական բազկաթոռ Նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդելենբուրգի դիրքը՝ ոչ պակաս քան 0-12 ° միջակայքում Աթոռի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի առաջնակարգ դասի փոշեներկված պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված

արհեստական կաշվով Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. Առաջ / դեպի / կողմերի ուղղությունների կարգավորում Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ Պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 4x10սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 240 կգ Պետք է հագեցած լինի նվազագույնը 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 580-780 մմ միջակայքում Չափերը. Ոչ պակաս, քան Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 600 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1900 մմ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է

				<p>Ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--