

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Terumo Tube Sealing Device	TERUMO	T3 T-Seal_mobile	Terumo BCT, Inc.	Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ, որը բաղկացած է հիմնական մասից, RF գեներատորից և ձեռքի եռակցիչից, մատակարարող տուփից Սարքը պետք է ունենա վերալիցքավորվող մարտկոց և մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն Սարքի շարժական շահագործման համար այն պետք է Էրգոնոմիկ ճիշտ նախագծված լինի Չողման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վայրկյան Չողված խողովակի

տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2,5-6 մմ միջակայքում Չողման բեկորներում հեմոլիզի բացառում Սարքի մեջ զողման խողովակի հեշտ տեղադրման հնարավորություն Չողման երկաթ գլխիկը պետք է ունենա թափանցիկ պաշտպանիչ շերտ Մարտկոցի լիցքավորման մասին տեղեկատվության առկայություն ցուցիչների վրա Էներգախնայողության ռեժիմի առկայություն՝ մարտկոցի օպտիմալ աշխատանքի համար Չողման հատվածի վրա թվային ցուցիչի առկայությունը, որը նախատեսված է զողման գործընթացի վերահսկման համար Հեշտ խնամվող Չափերը՝ 180 մմ (լայնություն), 60 մմ (բարձրություն), 100 (երկարություն) մմ /+-10%/ Քաշը՝ 3 կգ +-10% Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО «ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Terumo Tube Sealing Device	TERUMO	T3 T-Seal_mobile	Terumo BCT, Inc.	Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ Դոնորական արյան պարկերի խողովակի շարժական գոդիչ, որը բաղկացած է հիմնական մասից, RF գեներատորից և ձեռքի եռակցիչից, մատակարարող տուփից Սարքը պետք է ունենա վերալիցքավորվող մարտկոց և մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն Սարքի շարժական շահագործման համար այն պետք է Էրգոնոմիկ ճիշտ նախագծված լինի Չողման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վայրկյան Չողված խողովակի

տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2,5-6 մմ միջակայքում Չողման բեկորներում հեմոլիզի բացառում Սարքի մեջ զողման խողովակի հեշտ տեղադրման հնարավորություն Չողման երկաթ գլխիկը պետք է ունենա թափանցիկ պաշտպանիչ շերտ Մարտկոցի լիցքավորման մասին տեղեկատվության առկայություն ցուցիչների վրա Էներգախնայողության ռեժիմի առկայություն՝ մարտկոցի օպտիմալ աշխատանքի համար Չողման հատվածի վրա թվային ցուցիչի առկայությունը, որը նախատեսված է զողման գործընթացի վերահսկման համար Հեշտ խնամվող Չափերը՝ 180 մմ (լայնություն), 60 մմ (բարձրություն), 100 (երկարություն) մմ /+-10%/ Քաշը՝ 3 կգ +-10% Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---