

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Terumo Tube Sealing Device	TERUMO	T-SEAL III	Terumo BCT, Inc.	Դոնորական արյան պարկերի խողովակի գոդիչ: Դոնորական արյան պարկերի խողովակի գոդիչը պետք է լինի կոմպակտ սարք՝ բարձր հաճախականության գոդման համակարգով արյան պարկերը, ինֆուզիոն պարկերը, մեզի պարկերը զոդելու համար: Չողման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վայրկյան: Չողվող խողովակի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.5-6 մմ միջակայքում: Ավտոմատ գոդիչը պետք է ունենա սենսորային համակարգի շնորհիվ խողովակի հայտնաբերման գործառույթ: Սարքը

պետք է կարողանա աշխատել ինչպես անհատապես, այնպես էլ մի քանի նույնական սարքեր կողք կողքի տեղադրելով, որպեսզի հնարավոր լինի արագ և հեշտությամբ ստանալ խողովակի օպտիմալ երկարության հատվածները: Սարքը պետք է ունենա գոդման ազդանշանային համակարգ: Եռակցումից հետո չպետք է լինի հեմոլիզ, ինչպես եռակցված մասում, այնպես էլ հատվածներում: Եռակցվող խողովակի հեշտ տեղադրում սարքում: Հեշտ խնամք: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO13485

				կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО «ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Terumo Tube Sealing Device	TERUMO	T-SEAL III	Terumo BCT, Inc.	Դոկտրական արյան պարկերի խողովակի գոդիչ: Դոկտրական արյան պարկերի խողովակի գոդիչը պետք է լինի կոմպակտ սարք՝ բարձր հաճախականության գոդման համակարգով արյան պարկերը, ինֆուզիոն պարկերը, մեզի պարկերը գոդելու համար: Չողման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վայրկյան: Չողվող խողովակի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.5-6 մմ միջակայքում: Ավտոմատ գոդիչը պետք է ունենա սենսորային համակարգի շնորհիվ խողովակի հայտնաբերման գործառույթ: Սարքը

պետք է կարողանա աշխատել ինչպես անհատապես, այնպես էլ մի քանի նույնական սարքեր կողք կողքի տեղադրելով, որպեսզի հնարավոր լինի արագ և հեշտությամբ ստանալ խողովակի օպտիմալ երկարության հատվածները: Սարքը պետք է ունենա գոդման ազդանշանային համակարգ: Եռակցումից հետո չպետք է լինի հեմոլիզ, ինչպես եռակցված մասում, այնպես էլ հատվածներում: Եռակցվող խողովակի հեշտ տեղադրում սարքում: Հեշտ խնամք: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO13485

				կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--