

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                  |            |                     |   |
|-----------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը         | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 13              | Terumo Tube Sealing Device | TERUMO           | T-SEAL III | Terumo BCT, Inc.    | Դոնորական արյան պարկերի խողովակի գոդիչ: Դոնորական արյան պարկերի խողովակի գոդիչը պետք է լինի կոմպակտ սարք՝ բարձր հաճախականության գոդման համակարգով արյան պարկերը, ինֆուզիոն պարկերը, մեզի պարկերը գոդելու համար: Չողման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վայրկյան: Չողվող խողովակի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.5-6 մմ միջակայքում: Ավտոմատ գոդիչը պետք է ունենա սենսորային համակարգի շնորհիվ խողովակի հայտնաբերման գործառույթ: Սարքը |

պետք է կարողանա աշխատել ինչպես անհատապես, այնպես էլ մի քանի նույնական սարքեր կողք կողքի տեղադրելով, որպեսզի հնարավոր լինի արագ և հեշտությամբ ստանալ խողովակի օպտիմալ երկարության հատվածները: Սարքը պետք է ունենա գոդման ազդանշանային համակարգ: Եռակցումից հետո չպետք է լինի հեմոլիզ, ինչպես եռակցված մասում, այնպես էլ հատվածներում: Եռակցվող խողովակի հեշտ տեղադրում սարքում: Հեշտ խնամք: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO13485

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |               |            |                            |   |
|------------|----------------------------|---------------|------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование     | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики  |
| 13         | Terumo Tube Sealing Device | TERUMO        | T-SEAL III | Terumo BCT, Inc.           | Դոնորական արյան պարկերի խողովակի գոդիչ: Դոնորական արյան պարկերի խողովակի գոդիչը պետք է լինի կոմպակտ սարք՝ բարձր հաճախականության գոդման համակարգով արյան պարկերը, ինֆուզիոն պարկերը, մեզի պարկերը զոդելու համար: Չողման ժամանակը՝ ոչ ավելի քան 3 վայրկյան: Չողվող խողովակի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.5-6 մմ միջակայքում: Ավտոմատ գոդիչը պետք է ունենա սենսորային համակարգի շնորհիվ խողովակի հայտնաբերման գործառույթ: Սարքը |

պետք է կարողանա աշխատել ինչպես անհատապես, այնպես էլ մի քանի նույնական սարքեր կողք կողքի տեղադրելով, որպեսզի հնարավոր լինի արագ և հեշտությամբ ստանալ խողովակի օպտիմալ երկարության հատվածները: Սարքը պետք է ունենա գոդման ազդանշանային համակարգ: Եռակցումից հետո չպետք է լինի հեմոլիզ, ինչպես եռակցված մասում, այնպես էլ հատվածներում: Եռակցվող խողովակի հեշտ տեղադրում սարքում: Հեշտ խնամք: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ 1. ISO13485

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք |
|--|--|--|--|--|