

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Սառցարան -40°C	Սառցարան -40°C	Սառցարան -40°C	Սառցարան -40°C	Բժշկական սառցարան -40°C Սառցարան բժշկական նպատակներով Սառցարանը պետք է ունենա 2 առանձին կառավարման խցիկ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական դուռը Պետք է ունենա արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 10 պահատուկների առկայություն Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը ոչ

պակաս քան $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ Թվային
Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի
աշխատանքի վիճակը և տազնապի
կողը, հեշտ է իմանալ սառցարանի
կարգավիճակը Անվտանգ
պահպանման համար լսելի և
տեսանելի ահազանգման
համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր
ջերմաստիճանի ազդանշան,
լարման սխալի ազդանշան,
կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի /
դադարեցման գործառույթի
ազդանշան Սառեցման,
ցուցադրման և պահարանի
ջերմաստիճանի սենսորների
առկայություն Ծավալը ոչ պակաս
քան 470 լիտր Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,
չօգտագործված Լրակազմը պետք է
ներառի բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

				Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդսիստրիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲՎԱՎՊԶԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C	Медицинская морозильная камера -40°C Морозильная камера для медицинских целей В морозильной камере должно быть два отдельных отсека управления, каждый со своей дверью. Должен быть внешний замок Наличие не менее 10 сейфов Высокоточная микропроцессорная система контроля температуры с цифровой индикацией температуры с точностью не более 0,1°C. Диапазон установки температуры не менее -20 °C ~ -40 °C. Цифровой дисплей показывает рабочее состояние

морозильной камеры и код тревоги, легко узнать состояние морозильной камеры. Звуковая и визуальная сигнализация для безопасного хранения. Не менее чем сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры, сигнализация ошибки напряжения, сигнализация функции плавного пуска/останова компрессора Наличие датчиков охлаждения, дисплея и температуры шкафа. Объем не менее 470 литров. Оборудование и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке. Оборудование должно быть новым, неиспользованным. В комплект должны входить все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия не менее 24 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO13485 или эквивалент. 2. Маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС) или FDA или

эквивалент.