

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Դոնորական բազկաթոռ	Դոնորական բազկաթոռ	Դոնորական բազկաթոռ	Դոնորական բազկաթոռ	Արյան դոնորական բազկաթոռ Դոնորական բազկաթոռ նախատեսված դոնորական պրոցեդուրաների և այլ երկարատև բժշկական միջամտությունների համար Հեշտ օգտագործման և պահպանման համար Տրենդեյլերուրգի դիրքը՝ ոչ պակաս քան 0-12 ° միջակայքում Աթոռի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի առաջնակարգ դասի փոշեներկված պողպատից, արտաքին տեսքը՝ պատրաստված ամուր մանրաթելային նյութից և բազմաշերտ ներկից, ծածկված

արհեստական կաշվով Պետք է ունենա կարգավորվող երկկողմանի բազկահենակներ. Առաջ / դեպի / կողմերի ուղղությունների կարգավորում Պետք է ունենա ոտնահենակ, կարգավորվող գլխի բարձ Պետք է ունենան ոչ պակաս, քան 4x10սմ տրամաչափի անիվներ՝ անհատական փականային համակարգով Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 240 կգ Պետք է հագեցած լինի նվազագույնը 3 շարժիչով՝ բարձրության, մեջքի, ոտքի հանգստի և թրենդելենբուրգի կարգաբերման համար Բարձրությունը կարգավորվում է ոչ պակաս քան 580-780 մմ միջակայքում Չափերը. Ոչ պակաս, քան Նստատեղի հատվածի լայնությունը՝ 600 մմ, ընդհանուր լայնությունը՝ 900 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 1900 մմ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է

				<p>Ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդակը ներկայացնում է ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ներքև ներկայացված է առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Кресло для донора	Кресло для донора	Кресло для донора	Кресло для донора	Кресло для донора Донорское кресло, предназначенное для донорских процедур и других долгосрочных медицинских вмешательств. Простота в использовании и обслуживании Положение Тренделенбурга - не менее 0-12°. Каркас стула изготовлен из стали премиум-класса с порошковым покрытием, снаружи из прочного волокнистого материала и многослойной краски, покрыт искусственной кожей. Обязательно наличие регулируемых двусторонних

подлокотников. Настройка направлений вперед/в/бок

Обязательно наличие подставки для ног и регулируемого подголовника. Должны быть колеса диаметром не менее 4х10 см с индивидуальной системой блокировки. Грузоподъемность: не менее 240 кг. Должен быть оснащен как минимум тремя двигателями для регулировки высоты, спинки, подставки для ног и регулировки Тренделенбурга. Высота регулируется в диапазоне не менее 580-780 мм. Размеры: Не менее чем Ширина секции сиденья: 600 мм, общая ширина: 900 мм, общая длина: 1900 мм.

Оборудование и аксессуары
Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языке.

Оборудование должно быть новым, неиспользованным. В комплект должны входить все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия не

					менее 24 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO13485 или эквивалент. 2. Маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС) или FDA или эквивалент.
--	--	--	--	--	---