

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը             | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 6                  | Բիոսառցարան<br>փոքր   | Բիոսառցարան<br>փոքր | Բիոսառցարան<br>փոքր | Բիոսառցարան<br>փոքր    | "Բժշկական սառցարան -40 °C<br>Սառցարան բժշկական<br>նպատակներով Սառցարանը պետք<br>է ունենալ կառավարման խցիկ իր<br>սեփական դռնով Պետք է ունենա<br>արտաքին կողպեք Ոչ պակաս քան 3<br>պահատուկների առկայություն<br>Բարձր ճշգրտության<br>միկրոպրոցեսորային<br>ջերմաստիճանի կառավարման<br>համակարգ թվային ջերմաստիճանի<br>Էկրանով` ոչ ավելի քան 0,1 °C<br>ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի<br>կարգավորման միջակայքը ոչ<br>պակաս քան -20 °C ~ -40 °C Թվային |

Եկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը և տազևապի կողը, հեշտ է իմանալ սառցարանի կարգավիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Ոչ պակաս քան բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի ազդանշան, լարման սխալի ազդանշան, կոմպրեսորի փափուկ մեկնարկի / դադարեցման գործառույթի ազդանշան Սառեցման, ցուցադրման և պահարանի ջերմաստիճանի սենսորների առկայություն Ծավալը ոչ պակաս քան 100 լիտր Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք" |
|--|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6          |                        |               |       |                            |                            |