

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 11                 | Blood Collection<br>Monitor | Biobase             | BCM-12B | BIOBASE GROUP          | Արյան հավաքման բժշկական<br>մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ) Թվային<br>Էկրանի առկայություն Արյան<br>ծավալի հավաքման գործառույթի<br>առկայություն Տարաների<br>կարգավորման և կարգաբերման<br>ֆունկցիայի առկայություն, որն<br>ապահովում է չափման<br>ճշգրտությունը Փափուկ ցնցման<br>ռեժիմի առկայություն, որը<br>բարձրացնում է արյան մեջ<br>օգտակար բաղադրիչների<br>գոյատևման արդյունավետությունը<br>Նախանշված արժեքին հասնելու<br>ժամանակ ավտոմատ տազնապ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Չափման միջակայքը՝ 0-1200 մլ տիրույթում ճշգրտությունը՝ <math>\pm 2\%</math><br/>Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 1 մլ Հավաքման արագությունը՝ 0,5-3մլ / վրկ տիրույթում Ճոճումների հաճախականությունը՝ 30-32 պտ/րոպե Ճոճման անկյունը՝ <math>13^\circ</math> Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ <math>\pm 10\%</math>, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар       |               |         |                            |  |
|------------|--------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование   | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики   |
| 11         | Blood Collection Monitor | Biobase       | BCM-12B | BIOBASE GROUP              | Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ) Թվային էկրանի առկայություն Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տազնապ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Չափման միջակայքը՝ 0-1200 մլ տիրույթում ճշգրտությունը՝ <math>\pm 2\%</math><br/>Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 1 մլ Հավաքման արագությունը՝ 0,5-3մլ / վրկ տիրույթում Ճոճումների հաճախականությունը՝ 30-32 պտ/րոպե Ճոճման անկյունը՝ <math>13^\circ</math> Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ <math>\pm 10\%</math>, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|---|