

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՊՇՌ սարք	ՊՇՌ սարք	ՊՇՌ սարք	ՊՇՌ սարք	Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ Իրական ժամանակում ՊՇՌ սարք, ոչ պակաս, քան 96-ակոսանի, ոչ պակաս, քան 5 յումինեսցենտային ալիքի և ֆլուորեսցենտային ռեզոնանսային Էներգիայի տրանսֆերի ռեժիմով: Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 4 °C/վ Տաքացման միջին արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.2 °C/վ Սառեցման առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 2 °C/վ Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե Կափարիչը պետք է

լինի տաքացվող, ոչ պակաս, քան 30-100 °C միջակայքում Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ ոչ պակաս, քան 5-100 °C միջակայքում Ձերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի, քան  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  Գրադիենտի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան 1-24 °C Դետեկցիայի համակարգը՝ Ոչ պակաս, քան 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով Ոչ պակաս, քան 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար Գրգռման միջակայքը ոչ պակաս, քան 455-680 նմ Դետեկցիայի միջակայքը ոչ պակաս, քան 510-715 նմ Չգայունությունը՝ Մարդու թիրախային գեոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիստոլոգայի ոչ պակաս, քան 10 կարգ Կարդացման արագությունը՝ բոլոր կանալներով՝ ոչ ավել, քան 13վ, կանաչ կանալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան 3վ Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում առնվազն մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում Նմուշի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 5-50 մկլ միջակայքում Ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական և

մշտական անվճար լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար Պետք է տրամադրվի նոթբուք/սեղանի համակրգիչ՝ հիմնական սարքավորման ծրագրային ապահովմամբ, համապատասխան կազմաձևով և պարագաներով, հիմնական սարքավորման հետ միանալու մալուխով (մալուխներով) Ծրագրային ապահովումը պետք է թույլա տա՝ - Կատարել ստատիստիկական անալիզ - Ունենա տվյալները բազմաթիվ տարբեր ֆորմատներով ուսումնասիրելու հնարավորություն, այդ թվում՝ գրաֆիկներ, կետային աղյուսակներ, կլաստերոգրամներ - Թույլ տա տվյալների խմբագրում և անոտացիա, գույների խմբագրում, ցանկացած լուծողականությամբ տվյալների արտահանում - Ունենա ռեֆերենսային գեների որոշման գործիքներ - Թույլ տա խմբավորել մի քանի առանձին թեստերի արդյունքները և դրանք միասին վերլուծել - Ունենա Cq արդյունքի ավտոմատ հաշվարկման ֆունկցիա

- Ունենա ստացված տվյալները  
լաբորատոր ինֆորմացիոն  
մենեջմենթի համակարգ  
արտահանելու հնարավորություն: -  
Տվյալների վերլուծության  
տեսակները՝ օ ՊՇՌ քանակական  
որոշում՝ ստանդարտ կորերի  
միջոցով օ Հալման կորերի  
վերլուծություն օ Գեների  
էքսպրեսիայի վերլուծություն՝  
հարաբերական քանակական  
վերլուծության, կամ  
նորմալիզացված էքսպրեսիայի  
միջոցով: օ Ալելային  
դիսկրիմինացիա օ Ըստ վերջնական  
կետի անալիզ Պետք է համատեղելի  
լինի ՊՇՌ ստանդարտ  
պարագաների հետ՝ թափանցիկ և  
սպիտակ միկրոպլանշետներ,  
ստրիպներ, ցածր պրոֆիլով  
միկրոպլանշետներ: Ծրագրային  
ապահովման լիցենզիան պետք է  
լինի անսահմանափակ  
ժամանակահատվածի համար և  
ներառի բոլոր թարմացումները՝  
առանց որևէ լրացուցիչ վճարի:  
Սարքի միացման  
հնարավորությունը. ոչ պակաս, քան  
LIS համակարգին միանալու

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

հնարավորություն, USB: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Շրջանորոգիչ պարտեզը և զրահայնիչը պետք է լինեն նոր և անվնաս 24 ամիս արտադրողի գրավոր ապահովագրության տեխնիկական հատկանիշները 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:

<p>МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22.05.01.001-2024/69 представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2				