

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	-	-	-	-	Սառնարան Պոզիս (Պոզիս) բժշկական MM 180/20/35Բժշկական սառցարան -180լ Սառցարան ունի մետաղե դուր իր կողպեկով Սառանարանը ունի 7 զամբյուղ Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով՝ 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը -20 °C ~ -40 °C Հագեցած է գերզգայուն միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի սենսորով

				<p>Ավտոմատ խցիկի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգ, Ջերմաստիճանի շեղումների դեպքում ազդանշան է տրվում ճափալը 180լ կոմպրեսորի քանակ-1 հատ</p> <p>Խլոդաագենտ404Ա, ջերմային քարտի առկայություն Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում նեռարված են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները աշխատանքը սկսուլու համար Երաշխիքը 24ամիս Որակի վկայականներ բոլոր փաստաթղթերը առկա են(որակի սերտիֆիկատ, ծագման սերտիֆիկատ և վկայական)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՊՐՈՍԵՐՆԱՆԻ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող ապրանքի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-	-	-	Սառնարան Պոզիս (Պոզիս) բժշկական MM 180/20/35 բժշկական սառցարան -180լ Սառցարան ունի մետաղե դուր իր կողպեկով Սառնարանը ունի 7 զամբյուղ Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի էկրանով՝ 0,1 °C ճշգրտությամբ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը -20 °C ~ -40 °C Հազեցած է գերզգայուն միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի սենսորով

				<p>Ավտոմատ խցիկի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգ, Ջերմաստիճանի շեղումների դեպքում ազդանշան է տրվում ճալալը 180լ կոմպրեսորի քանակ-1 հատ</p> <p>Խլոդաագենտ404Ա, ջերմային քարտի առկայություն Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում նեռարված են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները աշխատանքը սկսուլու համար Երաշխիքը 24ամիս Որակի վկայականներ բոլոր փաստաթղթերը առկա են(որակի սերտիֆիկատ, ծագման սերտիֆիկատ և վկայական)</p>
--	--	--	--	--