

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	-	-	-	-	Լաբորատոր HF-250-3 Pozis Ջերմաստիճանի վերահսկումը $+2^{\circ}\text{C}$ - ից $+15^{\circ}\text{C}$ տիրույթում Օգտակար ծավալը 250 լիտր Դարակների քանակը` 5 կոմպրեսորի քանակ-1 հատ խլոդաազենտ իզոբութան (R600a), ջերմային քարտի առկայություն Գերզգայուն ջերմաստիճանի հսկողություն, $0,1^{\circ}\text{C}$ ճշգրտությամբ, Օդի հարկադիր շրջանառություն Ավտոմատ խցիկի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգ, Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման

համար լսելի և տեսանելի  
ահագանգման համակարգ բարձր  
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր  
ջերմաստիճանի ազդանշան,  
Էներգոմատակարարման սխալի  
ազդանշան Սառեցման սենսորների  
առկա է Սառեցման եղանակը՝  
հարկադիր օդային հովացման  
համակարգ առկա է Ապակե դուռ  
Էլեկտրական ջեռուցմամբ առկա  
է, Սահմանված ջերմաստիճանից  
շեղման դեպքում ձայնային  
ազդանշանի ապահովում, Երբ դուռը  
բացվում է, օդափոխիչն անջատվում  
է. Ներկառուցված լամպի  
առկայություն, որն ավտոմատ  
կերպով լուսավորվում կամ  
անջատվում է դուռը բացելիս կամ  
փակելիս առկա է Լվացվող մակերես  
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց  
Դեղորայք պահելու տարաներ  
(պլաստմասից պատրաստված 2  
հատ) Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ ուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
նեռարված են բոլոր անհրաժեշտ  
պարագաները աշխատանքը սկսուլու

					համար Երաշխիքը 24ամիս Որակի վկայականներ բոլոր փաստաթղթերը առկա են(որակի սերտիֆիկատ,ծագման սերտիֆիակ և վկայական)
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՊՐՈ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-	-	Լաբորատոր HF-250-3 Pozis Ջերմաստիճանի վերահսկումը +2°C-ից +15°C տիրույթում Օգտակար ծավալը 250 լիտր Դարակների քանակը՝ 5 կոմպրեսորի քանակ-1 հատ Խլոդաազենտ իզոբութան (R600a), ջերմային քարտի առկայություն Գերզգայուն ջերմաստիճանի հսկողություն, 0,1 °C ճշգրտությամբ, Օդի հարկադիր շրջանառություն Ավտոմատ խցիկի ջերմաստիճանի պահպանման համակարգ, Թվային էկրանը ցույց է տալիս սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման

համար լսելի և տեսանելի  
ահագանգման համակարգ բարձր  
ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր  
ջերմաստիճանի ազդանշան,  
Էներգոմատակարարման սխալի  
ազդանշան Սառեցման սենսորների  
առկա է Սառեցման եղանակը՝  
հարկադիր օդային հովացման  
համակարգ առկա է Ապակե դուռ  
Էլեկտրական ջեռուցմամբ առկա  
է, Սահմանված ջերմաստիճանից  
շեղման դեպքում ձայնային  
ազդանշանի ապահովում, Երբ դուռը  
բացվում է, օդափոխիչն անջատվում  
է. Ներկառուցված լամպի  
առկայություն, որն ավտոմատ  
կերպով լուսավորվում կամ  
անջատվում է դուռը բացելիս կամ  
փակելիս առկա է Լվացվող մակերես  
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց  
Դեղորայք պահելու տարաներ  
(պլաստմասից պատրաստված 2  
հատ) Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմում  
նեռարված են բոլոր անհրաժեշտ  
պարագաները աշխատանքը սկսուլու

					համար Երաշխիքը 24ամիս Որակի վկայականներ բոլոր փաստաթղթերը առկա են(որակի սերտիֆիկատ,ծագման սերտիֆիակ և վկայական)
--	--	--	--	--	---