

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցենն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊԵԿՏՐ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Agilent MP-AES 4210 microwave plasma atomic emission spectrometer	G8007AA	G8007AA	Agilent Technologies	Ատոմային Էմիսիոն սպեկտրաչափ Հավաքածուն ներառում է սպեկտրաչափ; այրված օդի հեռցման համակարգ, ծրագրային ապահովում; գազի գեներատոր; ներկառուցված արգոն, համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ, օդի կոմպրեսոր, ավտոմատացված նմուշարկիչ, ստանդարտների հավաքածու; տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում: Տեխնիկական պարամետրերն են՝ Դետեկտոր՝ ՈւՄ զգոն CCD տիպի; հերմետիկ; առանց օդափոխման; չի պահանջում արտաքին լամպեր

նմուշի և ենթաֆոնի չափման համար: Օպտիկական համակարգ՝ արագ սկանավորմամբ; բարձր ճշտությամբ: Մոնոքրոմատոր՝ Չգեռնի-Տերնյե; 600մմ կիզակետային երկարությամբ: Հոլոգրաֆիկ դիֆրակցիոն վանդակաշար՝ 24000 գիծ/ մմ; 250նմ-ում բռնկմամբ: Չափման տիրույթը՝ շարունակական չափումներ 178 - 780 նմ տիրույթում: Լուսահարում՝ հնարավորություն է տալիս չափումները կատարելու բարձր խանգարող ֆոնի առկայության ժամանակ: Սառեցման հնարավորություն՝ արագ սառեցման հնարավորությամբ մինչև 0° C թերմոէլեկտրիկ Պելտյե սարքով: Դետեկցիայի սահմանները՝ 3 սիգմա դետեկտման սահմանափակումով (μգ/լ) Mn 257.610 նմ-ում -5.00 ppb Ba 614.171 նմ-ում -1.5 ppb: Ազդանշանի կայունությունը՝ 3% RSD - 2 ժամ, առանց որևէ շեղման: Ճշտությունը՝ - 0.032 նմ ամբողջ տիրույթում չափման ժամանակ: Օպտիկական կայունություն՝ չի պահանջում սնդիկի կամ նեոնի լամպերով պարբերաբար

տրամաչափարկում: Ատոմիզացիայի
աղբյուրը՝ Աշխատանքային
հաճախականությունը՝ 2450 MHz
Կառավարում՝ համակարգչային:
Օդի սառեցում՝ ավտոմատացված:
Միացում/ անջատում՝
համակարգչային կառավարմամբ և
լիովին ավտոմատացված: Գազերի
օգտագործումը՝ չի օգտագործում
հելիում, ացետիլեն կամ ազոտի
օքսիդ: Պլազմայի գազ- պլազմայի
համար օգտագործվում է ազոտ:
Ազոտի օգտագործման պայմանները՝
հոսքը՝ - 115 լ/րոպե: Ճնշումը՝ - 620
կՊա (90 psi): Մաքրությունը՝ - 99.5
% Ազոտի գեներատոր՝ անհրաժեշտ
է: Ցողացիր գազի հոսքը՝ 0.3 - 1.0
լ/րոպե: Օդի աղբյուր՝ սեղմված օդի
արտաքին աղբյուր, ապահովի
մաքուր, չոր, փոշուց և յուղից զերծ;
հոսքը՝ 238 լ/րոպե; ճնշումը՝ 500
կՊա (72.5 psi): Նմուշի ներարկումը՝
պետք է ունենա 5 տարբեր
մուտքերի հնարավորություն: Պոմպ՝
պերիստալտիկ, արագությունները
կարգավորմամբ, համակարգչով
կարգավորվող հինգ ալիքանի:
Պլազմայի կոնֆիգուրացիա՝
ուղղահայաց պլազմայի

առկայությունն առանցքային
դիտարկմամբ: Սարքի
անվտանգության համակարգ՝
անհրաժեշտ է պլագմայի միացման
սեղմակ, նմուշի սրվակի բռնիչ,
գազերի աղբյուրների ճնշման
դիտարկում, ջերմաստիճանի
կարգավորում: Ծրագրային
ապահովում՝ սարքի աշխատանքի
անվտանգ, արագ, ճշգրիտ և հեշտ
ապահովում: Ավտոմատացված
նմուշարկչի տեխնոլոգիայի
նմուշների սրվակների քանակ՝
250-768 նմուշների արկղների
քանակ՝ 4 Ստանդարնտների
արկղների քանակ՝ 1 Սրվակների
բարձրություն 150մմ
Չափսեր(LxHxP)՝ 600x320x510 մմ
Քաշ՝ 15 կգ. նմուշարման թևը
աշխատում է X, Z, Thetta
հարթություններում նմուշից նմուշ
անկյունային անցում՝ 3վ-ից քիչ
Պերիլստալտիկ պոմպի
առկայություն X(մմ/վրկ)՝ 14.5-1016
Z(մմ/վրկ)՝ 8,6-518
Thetta(աստիճան/վրկ)՝ 9-540
Լվացակայանի հոսքի արագություն՝
ծրագրավորվող, -50մ/րոպե՝
կախված խողովակի տրամագծից;

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀ-ԱՊՁԲ-ԱՆԱԼԻՏԻԿ/ՍՊԵԿՏՐ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Կապը սարքի հետ՝ USB 2.0(Full speed), virtual COM-port with Plug and Play compatibility, AUX interface: RS-485 Էլ. հոսանք՝ 100-240 VAC, 47-63 Hz, 1.5 A Ներկառուցված ախտորոշում՝ 4 LED շարքով լույսային ազդանշաններ, սարքի աշխատանքային կամ վթարային վիճակները սվտրմատացված էլեկտրոնային փաթեթը ներառում է՝

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Տեխնիկական և փոքր սրվակների տեխնիկական համար արկղեր Հավաքածուն ներառում է՝
1					<p>1. Ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափ- 1 հատ 2. Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ -1-ական հատ 3. Ծրագրային ապահովում և լիցենզիա- 1 հատ 4. Հինգ ալիքանի պերիստալտիկ պոմպ -1 հատ 5. Ազոտի գեներատոր իր ֆիլտրերի հավաքածուով -1 հատ 6. Ազոտի գծի խոնավեցուցիչ -1 հատ 7. Արգոնի ներկառուցված բալոն պլազմայի միացման համար- 1 հատ 8. Ներկառուցված արգոնի բալոնի միացման հավաքածու -1 հավաքածու 9. Սեղմված օդի կոմպրեսոր ապահովելու</p>

					<p>238L/րոպեում հոսք իր չորացուցիչնեչով - 1 հատ 10.</p> <p>Օդահեռացման համակարգ պարունակում է 10.1 էլեկտրական շարժիչ - 1 հատ 10.2 օդատարի մուտք - 1 հատ 10.3 միջանկյալ միացում - 2 հատ 10.4 150մմ տրամագծով 1 մ երկարությամբ այլիմինե ճկուն խողովակ - 3 հատ 10.5 խողովակի սեղմիչ -6 հատ 11.</p> <p>Տրամաչափարկման բազմաէլեմենտ լուծույթ- 500 մլ - 1 հատ 12.</p> <p>Տրամաչափարկման բլանկ լուծույթ-500 մլ - 1 հատ 13.</p> <p>Ավտոմատացված նմուշարկիչ-- 1 հատ 150 լիտր ազոտական թթու 69%, նախատեսված ձեռքբերվող սարքի շահագործման համար:</p> <p>Մատակարարը կկատարի գործունեության հիմնական ստուգումները և փորձարկումը իրենց տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանության և թերությունների բացակայության, ինչպես նաև անհրաժեշտ գործիքների առկայության վերաբերյալ: Ստուգումները և փորձարկումը կիրականացվի մատակարարի կողմից Գնորդի կամ</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Նրա լիազոր ներկայացուցչի ներկայությամբ: Բոլոր էլեկտրական սարքավորումները աշխատում են 220V/50Hz \pm 10% հոսանքով և ունեն եվրոպական տեսակի վարդակներ:</p> <p>Կներկայացվի արտադրողի հավաստումը մատակարարի լիազորության վերաբերյալ (Manufacturer authorization):</p> <p>Մատակարարը ունի սերտիֆիկացված մասնագետ առկա ՀՀ տարածքում: Տեղադրում և ուսուցում ՀՀ-ում գրանցված արտադրողի կողմից հավատարմագրված մասնագետի կողմից: Մատակարարը կներկայացնի սարքի տեղադրումից հետո առնվազն մեկ տարվա երաշխիք, իսկ հետագայում համապատասխան պայմանագիր կնքելու դեպքում նաև հետերաշխիքային սպասարկում:</p>
--	--	--	--	--