

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆԴՈՍ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի           |                              |  |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը          | մակնիշը                      | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 12                 | St. Jude Medical<br>(Abbott) | St. Jude Medical<br>(Abbott) | <p>Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորուբյուն, չափը ոչ ավել քան 46x50x6 մմ: Օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ Ֆունկցիայով և ավտոմատ 54 անվտանգության ռեգերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պարունակում է փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոննեկտորի տիպը ` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու նախասրտային Էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կիրառելի է St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кудос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар           |                              |  |
|------------|------------------------------|------------------------------|--|
|            | товарный знак                | марка                        | технические характеристики   |
| 12         | St. Jude Medical<br>(Abbott) | St. Jude Medical<br>(Abbott) | <p>Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորուբյուն, չափը ոչ ավել քան 46x50x6 մմ: Օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ ֆունկցիայով և ավտոմատ 54 անվտանգության ռեգերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պարունակում է փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոնսեկտորի տիպը ` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու նախասրտային էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Կիրառելի է St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը կտրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p> |