

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու	RZ	RZ Medizintechnik	RZ Medizintechnik GmbH	Ցիստոսկոպ 12°, Ø4,0 մմ, շափյուղե ոսպնյակներով, լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, ավտոկլավացվող 1 հատ Աշխատանքային տարր, երկբևեռ, պասիվ, տիտանե, մեկ ցողունային համակարգ, պտտվող բթի բռնակով, միակցիչը համատեղելի լեհական Emed Spectrum միավորի հետ 1 հատ Ռեգեկտոսկոպի պատյան, շարունակական հոսքով, 26 CH, պտտվող, QL արագ անջատման համակարգ, թեք կերամիկական ծայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ

օբտուրատորի պատյան 24/26 CH
համար 6 CH աշխատանքային
կանալով 1 հատ Կտրող հանգույց
երկբևեռ էլեկտրոդ 24 Charr.,
վոլֆրամից, անկյունային, 12/30
տելեսկոպի համար դեղին/կապույտ,
2 հատ Collins դանակ երկբևեռ
էլեկտրոդ 24 Charr., սրածայր,
դեղին/կապույտ 1 հատ
Կոագուլյացիայի երկբևեռ էլեկտրոդ,
գլանաձև 24 Charr., Ø3 մմ, դեղին/
կապույտ 1 հատ Ֆասցիայի կարիչ,
2,8մմ բրգաձև ծայրով, սուր,
աշխատանքային երկարությունը
առնվազն 170 մմ 1 հատ
«Մենցենբաումի» մկրատ, 5մմ,
ուղիղ, սուր ծայրով,
աշխատանքային երկարությունը
առնվազն 330 մմ, բռնակը
ածխամանրաթելից, առանց
փականի 1 հատ Էնդոսկոպիկ
արտածծման համակարգ փականով,
փականները «Տրումպետ» տիպի,
փոխարինվող, գունային
տարբերակամաբ, առնվազն 5մմ և
10մմ փոխարինվող խողովակներով,
միակցիչը ունիվերսալ կոնաձև 1
հատ Արթրոսկոպ 30° տեսադաշտի
ուղղությամբ, Ø4,0 մմ,

աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 175 մմ, ավտոկլավող, 1 հատ Բարձր հոսքի արթրոսկոպի պատյան 2 կանգառով, Ø6,0 մմ, կարմիր QUICK-LOCK-ով, 0°/30°/45°/70° տելեսկոպների համար, 1 հատ Տրոկար սուր, Ø6,0 մմ աշխատանքային պատյանների համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար, 1 հատ Ներհոսքի կաննուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր, 1 հատ DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտը ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի

օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER
Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի
օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER
Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի
օղակաձև բռնակ, 1 հատ SHARK
Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ
լիսեռ Slide Lock բռնակով, 1 հատ
Hook գոնդ արթոսկոպիայի համար,
1 հատ Միաբևեռ արթոսկոպիայի
ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0
մմx0,6 մմ, աշխատանքային
երկարությունը 115 մմ 4 մմ
միացում, բռնակներով
օգտագործման համար, 1 հատ
Մոնոբևեռ արթոսկոպիայի
գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ,
աշխատանքային երկարությունը
115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով
օգտագործման համար, 1 հատ
Արթոսկոպիայի սափրիչ սարք,
ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով
և ոտքի անջատիչով, 1 հատ
Ռեժիմները առնվազն առաջ, հետ,
օսցիյացիա: Արագության
միջակայքը՝ առաջ/հետ առնվազն
500-8000պ/ր, օսցիյացիա առնվազն
500-3500պ/ր: Օսցիյացիաի տիպերը
առնվազն 9: Ոտնակի կոճակները
առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ,

<p>Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004P4-EU24-12F-24/5 ниже</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիյացիայի ռեժիմների ընտրություն: Միկրոշարժիչը բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, կոճակները արևմտյան` սկիզբ/ավարտ արագության կարգաբերում,</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի տեխնիկական հատկություններ, ռեժիմներ,</p>
<p>1</p>	<p>Էնդոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու</p>	<p>RZ</p>	<p>RZ Medizintechnik</p>	<p>RZ Medizintechnik GmbH</p>	<p>Ցիստոսկոպիկ ռեժիմների ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան 350գ: Պաշտպանության դասը ստերիլիզացիայի, ավտոկլավացվող 1 արևմտյան IP X8: Անվտանգության համապատասխանում տարի, վկայագրերի արկայություն երկբևեռ, պասիվ, տիտանե, մեկ արևմտյան` EN 60601-1-A1:2015 ցողունային համակարգ, ավտոկլավացվող և ստատոսկոպներ բոլոր բնակող, միանցիչը արևմտյան` MDSAP, ISO 13485: համատեղելի լեռնական Emed Spectrum սրագործման արթոսկոպիկ սպիտիչի սայր սուրբ ինտեգրացիայի պատյան, կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø 2 արևմտյան հոսքով, 26 CH, 5.0 կտրող մասը ավտոկլավացվող 1 պատկերի, QL արագ անջատման համակարգ, թեք կերամիկական արթոսկոպիկ սպիտիչի սայր արագ ծայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ կտրող մասը ավտոկլավացվող, 1 հատ</p>

					<p>աշխատանքային մեղմարժեքային ոչ պարզապես 1175 ժամ սպորտկցամեքող 1 հատ Եստք ձրի ինտելեքտուալ բեկոյի օգտագործման գրանցված 6,0 մակի ապահովմանը (Duckbill) Կոմպակտ 073050453486, MDSAP հարկերի համարձիքների հրատարակումը 6,0 ժամ շնչի կոմպակտ քայլի քայլի քայլի քայլի</p>
					<p>համար սվինների և QL լիսեռի կողման համակարգի համար, 1 հատ Ներհոսքի կանոնադր, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր, 1 հատ DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտը ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի</p>

օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER
Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի
օղակաձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER
Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի
օղակաձև բռնակ, 1 հատ SHARK
Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ
լիսեռ Slide Lock բռնակով, 1 հատ
Hook գոնդ արթրոսկոպիայի համար,
1 հատ Միաբևեռ արթրոսկոպիայի
ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0
մմx0,6 մմ, աշխատանքային
երկարությունը 115 մմ 4 մմ
միացում, բռնակներով
օգտագործման համար, 1 հատ
Մոնոբևեռ արթրոսկոպիայի
գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ,
աշխատանքային երկարությունը
115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով
օգտագործման համար, 1 հատ
Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք,
ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով
և ոտքի անջատիչով, 1 հատ
Ռեժիմները առնվազն առաջ, հետ,
օսցիյացիա: Արագության
միջակայքը՝ առաջ/հետ առնվազն
500-8000պ/ր, օսցիյացիա առնվազն
500-3500պ/ր: Օսցիյացիաի տիպերը
առնվազն 9: Ոտնակի կոճակները
առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ,

արագության կարգաբերում,
կտրվածքի պատուհանի
կարգաբերում, պտույտի
ուղղություն, ռեժիմներ,
օսցիյացիաի ռեժիմների
ընտրություն: Միկրոշարժիչը
բազմակի օգտագործման,
ավտոկլավվող, կոճակները
առնվազն` սկիզբ/ավարտ,
արագության կարգաբերում,
կտրվածքի պատուհանի
կարգաբերում, պտույտի
ուղղություն, ռեժիմներ,
օսցիյացիաի ռեժիմների
ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան
350գ: Պաշտպանության դասը
առնվազն IP X8: Անվտանգության
վկայագրերի առկայություն
առնվազն` EN 60601-1-A1:2015
Վկայագրեր և ստանդարտներ
առնվազն` MDSAP, ISO 13485:
Բազմակի օգտագործման
արթոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ
կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø
5.0, կտրող մասը ադմանդապատ, 1
հատ Բազմակի օգտագործման
արթոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ
կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0,
կտրող մասը ադմանդապատ, 1 հատ

Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ, առնվազն մեկ կանալային, 1 հատ հոսքը ոչ պակաս քան 4,6լ/ր, ճնշման միջակայքը առնվազն 0-600 մմսս, պոմպի տիպը՝ մեմբրանային, ժամանակի ընտրության միջակայքը առնվազն 0-240ր, լրակազմում մանժետներ ստորին վերջույթների համար Համակարգի սարքերի մոլտքային լարումը միաֆազ, 230Վ $\pm 10\%$: Հաճախականություն 50 / 60 Հց ± 1 Հց: Ոչ պակաս քան 12ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար: Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:

					<p>Բնութագրում նշված բոլոր սարքավորումները և պարագաները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման, ունենան որակի ապահովման վկայագրեր՝ առնվազն CE, ISO13485, MDSAP: Կտրող գործիքների կարծրության գործակիցը ոչ պակաս քան HRC67</p>
--	--	--	--	--	---