ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	էնդոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու	RZ	RZ Medizintechnik	RZ Medizintechnik GmbH	Ցիստոսկոպ 12°, Ø4,0 մմ, շափյուղե ոսպնյակներով, լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, ավտոկլավացվող 1 հատ Աշխատանքային տարր, երկբևեռ, պասիվ, տիտանե, մեկ ցողունային համակարգ, պտտվող բթի բռնակով, միակցիչը համատեղելի լեհական Emed Spectrum միավորի հետ 1 հատ Ռեզեկտոսկոպի պատյան, շարունակական հոսքով, 26 CH, պտտվող, QL արագ անջատման համակարգ, թեք կերամիկական ծայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ

						օբտուրատորի պատյան 24/26 CH համար 6 CH աշխատանքային կանալով 1 հատ Կտրող հանգույց երկբևեռ էլեկտրոդ 24 Charr., վոլֆրամից, անկյունային, 12/30 տելեսկոպի համար դեղին/կապույտ, 2 հատ Collins դանակ երկբևեռ էլեկտրոդ 24 Charr., սրածայր, դեղին/կապույտ 1 հատ Կոագուլյացիայի երկբևեռ էլեկտրոդ, գլանաձև 24 Charr., Ø3 մմ, դեղին/ կապույտ 1 հատ Ֆասցիայի կարիչ, 2,8մմ բրգաձև ծայրով, սուր, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 170 մմ 1 հատ «Մենցենբաումի» մկրատ, 5մմ, ուղիղ, սուր ծայրով, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 330 մմ, բռնակը ածխամանրաթելից, առանց փականի 1 հատ Էնդոսկոպիկ արտածծման համակարգ փականով, փականները «Տրումպետ» տիպի, փոխարինվող, գունային տարբերակամամբ, առնվազն 5մմ և 10մմ փոխարինվող խողովակներով, միակցիչը ունիվերսալ կոնաձև 1 հատ Արթրոսկոպ 30° տեսադաշտի ուղղությամբ, Ø4,0 մմ,

						աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 175 մմ, ավտոկլավվող, 1 հատ Բարձր հոսքի արթրոսկոպի պատյան 2 կանգառով, Ø6,0 մմ, կարմիր QUICK-LOCK-ով, 0°/30°/45°/70° տելեսկոպների համար, 1 հատ Տրոկար սուր, Ø6,0 մմ աշխատանքային պատյանների համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար, 1 հատ Ներհոսքի կաննուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր, 1 հատ DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտը ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի

						օղականձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղականձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղականձև բռնակ, 1 հատ SHARK Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ լիսեռ Slide Lock բռնակով, 1 հատ Hook զոնդ արթրոսկոպիայի համար, 1 հատ Միաբևեռ արթրոսկոպիայի ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0 մմx0,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար, 1 հատ Մոնոբևեռ արթրոսկոպիայի գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար, 1 հատ Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք, ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով և ոտքի անջատիչով, 1 հատ Ռեժիմները առնվազն առաջ, հետ, օսցիլյացիա: Արագության միջակայքը՝ առաջ/հետ առնվազն 500-8000պ/ր, օսցիլյացիա առնվազն 500-3500պ/ր: Օսցիլյացիաի տիպերը առնվազն 9: Ոտնակի կոճակները առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃՄԴԸ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էնդոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու	RZ	RZ Medizintechnik	RZ Medizintechnik GmbH	Ցիստոսկոպ 12°, Ø4,0 մմ, շափյուղե տեղնոլոգիայով, ավտոկլավացվող 1 հատ Աշխատանքային տարր, երկբևեռ, պատիվ, տիտանե, մեկ գողնվածային համակարգ, պտտվող բեթի բռնակով, միակցիչը համատեղելի լեհական Emed Spectrum միավորի հետ 1 հատ արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադմանդապատ, 1 հատ Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր սրաձև կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադմանդապատ, 1 հատ ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան 350գ: Պաշտպանության դասը ոչպնյակներով, լազերային զոդման ռեզեկտոսկոպի պատյան, շարունակական հոսքով, 26 CH, պտտվող, QL արագ անջատման համակարգ, թեք կերամիկական ծայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ

արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն: Միկրոշարժիչը բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, կոճակները արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան 350գ: Պաշտպանության դասը առնվազն՝ IP X8: Անվտանգության տարր, վնասազերծի առնայություն առնվազն՝ EN 60601-1-A1:2015 Վնասազերծ և ստանդարտներ համատեղելի լեհական Emed Բազմակի օգտագործման ռեզեկտոսկոպի պատյան, շարունակական հոսքով, 26 CH, պտտվող, QL արագ անջատման համակարգ, թեք կերամիկական ծայր, 1 հատ Վիզուալ օբտուրատոր, 24 / 26 Charr. 1 հատ Վիզուալ

					համար սվինների և QL լիսեռի կողպման համակարգի համար, 1 հատ Ներհոսքի կաննուլա, ամբողջական, 4,5 մմ 85 մմ աշխատանքային երկարությունը, պատյան, տրոկար, խցանիչ և ոռոգման ադապտեր, 1 հատ DUCKBILL Basket Դակիչ ծնոտը ուղիղ (M), ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ DUCKLING Basket Punch ուղիղ ծնոտ (M), ուղիղ լիսեռ օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 2,7 մմ, ուղիղ ծնոտ, ուղիղ առանցքի օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, լիսեռ ձախ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ SCOOP Basket Punch 1,3 մմ, ուղիղ ծնոտ, առանցքը աջ կոր օղակաձև բռնակ, 1 հատ BASKET PUNCH 1,6 մմ, ուղիղ ծնոտներ, վերև կոր լիսեռի

						օղականձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER Դակիչ ձախ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղականձև բռնակ, 1 հատ BACKBITER Դակիչ աջ կտրող, ուղիղ լիսեռի օղականձև բռնակ, 1 հատ SHARK Grasping Forceps ուղիղ ծնոտ, ուղիղ լիսեռ Slide Lock բռնակով, 1 հատ Hook զոնդ արթրոսկոպիայի համար, 1 հատ Միաբևեռ արթրոսկոպիայի ասեղ էլեկտրոդ 90° թեքված, Ø4,0 մմx0,6 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար, 1 հատ Մոնոբևեռ արթրոսկոպիայի գնդիկավոր էլեկտրոդ Ø3 մմ, աշխատանքային երկարությունը 115 մմ 4 մմ միացում, բռնակներով օգտագործման համար, 1 հատ Արթրոսկոպիայի սափրիչ սարք, ամբողջական սարք, միկրոշարժիչով և ոտքի անջատիչով, 1 հատ Ռեժիմները առնվազն առաջ, հետ, օսցիլյացիա: Արագության միջակայքը՝ առաջ/հետ առնվազն 500-8000պ/ր, օսցիլյացիա առնվազն 500-3500պ/ր: Օսցիլյացիաի տիպերը առնվազն 9: Ոտնակի կոճակները առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ,

						արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն: Միկրոշարժիչը բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, կոճակները առնվազն՝ սկիզբ/ավարտ, արագության կարգաբերում, կտրվածքի պատուհանի կարգաբերում, պտույտի ուղղություն, ռեժիմներ, օսցիլյացիաի ռեժիմների ընտրություն: Քաշը ոչ ավել քան 350գ: Պաշտպանության դասը առնվազն IP X8: Անվտանգության վկայագրերի առկայություն առնվազն՝ EN 60601-1-A1:2015 Վկայագրեր և ստանդարտներ առնվազն՝ MDSAP, ISO 13485: Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր նուրբ կտրվածքով WAVE CUTTER տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադմանդապատ, 1 հատ Բազմակի օգտագործման արթրոսկոպիկ սափրիչի սայր արագ կտրվածք PIT BULL տիպի Ø 5.0, կտրող մասը ադմանդապատ, 1 հատ

						Բարձր ճնշման կոմպրեսիոն համակարգ, առնվազն մեկ կանալային, 1 հատ հոսքը ոչ պակաս քան 4,6լ/ր, ճնշման միջակայքը առնվազն 0-600 մմսս, պոմպի տիպը՝ մեմբրանային, ժամանակի ընտրության միջակայքը առնվազն 0-240ր, լրակազմում մանժետներ ստորին վերջույթների համար Համակարգի սարքերի մուտքային լարումը միաֆազ, 230Վ ± 10%: Հաճախականություն 50 / 60 Հց ± 1 Հց: Ոչ պակաս քան 12ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար: Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:

					Բնութագրում նշված բոլոր սարքավորումները և պարագաները պետք է լինեն բազմակի օգտագործման, ունենան որակի ապահովման վկայագրեր՝ առնվազն CE, ISO13485, MDSAP: Կտրող գործիքների կարծրության գործակիցը ոչ պակաս քան HRC67