

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԿՄ-ԶԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Guangzhou Yueshen Medical Equipment Co., Ltd.	YSAV200D	YSAV200D	Guangzhou Yueshen Medical Equipment Co., Ltd.	Նորածնային շնչառական սարք` CPAP համակարգ կանգնակի հետ միասին: Թթվածնի կոնցենտրացիան: կարգավորվող միջակայք` 21 - 100% ճշգրտություն: ±5 % CPAP` կարգավորվող միջակայք` 0cmH2O - 10cmH2O ճշգրտություն: ± 2cmH2O: Շարունակական հոսք: կարգավորվող միջակայք` 1,5լ/ր - 15լ/ր ճշգրտություն: ≥3 լ/ր: ± 20%; □3 լ/ր: ± 0.6 լ/ր Գազի աղբյուր: O ₂ Air Աշխատանքային ճնշում : 350 ԿՊա ±50 ԿՊա Կարգավորիչի ելքային ճնշումը : 280ԿՊա - 600ԿՊա

				<p>Անվտանգության փական: 750 ԿՊա: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Երաշխիք՝ 12 ամիս Տեղադրում, մոնտաժ և բուժանձնակազմի ուսուցում Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO13485, CE</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗПԴԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Guangzhou Yueshen Medical Equipment Co., Ltd.	YSAV200D	YSAV200D	Guangzhou Yueshen Medical Equipment Co., Ltd.	Неонатальный дыхательный аппарат - система CPAP в комплекте со стойкой. Концентрация кислорода. Регулируемый диапазон: Точность 21-100%. $\pm 5\%$ CPAP: регулируемый диапазон: 0-10 см вод. ст. Точность. ± 2 см H ₂ O. Непрерывный поток. Регулируемый диапазон: 1,5 л/мин - 15 л/мин. Точность. ≥ 3 л/мин. $\pm 20\%$; < 3 л/мин. $\pm 0,6$ л/об Источник газа. O ₂ Воздух Рабочее давление. 350 кПа ± 50 кПа Выходное давление регулятора. 280-600 кПа Предохранительный

				клапан. 750 кПа. Аппарат новый, не использовался. Гарантия: 12 месяцев Монтаж, сборка и обучение медицинского персонала. Наличие сертификатов качества: ISO13485, CE.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------