

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 3000A | 3000A | 3000A | Shanghai Flower Medical Equipment CO.,LTD | Նորածինների լուսային տաքացուցիչ Տաքացուցիչը պետք է նախատեսված լինի նորածիններին ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ծանր հիվանդ նորածինների համար, ովքեր պահանջում են մշտական բուժքույրական միջամտություն, և նորածինների համար, ովքեր ենթարկվում են բուժման: Տաքացուցիչը պետք է ունենա առնվազն հետևյալ կառուցվածքային մասերը՝ ցածր ճնշման արտածծիչ, հորիզոնական հարթության վրա կարգավորվող |

ճառագայթման մոդուլ, ներքնակի թեքման ազատ քայլով կարգավորվող միավոր, ռենտգեն հետազոտության համար

Նախատեսված պնակ, առնվազն մեկ լույսի աղբյուր: Տաքացուցիչը մաշկի ջերմաստիճանի կառավարումը պետք է իրականացնի միկրոհամակարգչային տեխնոլոգիայով: Տաքացուցիչը պետք է լինի շարժական, ունենա 4 արգելակներով անիվներ և մեկ դարակ: Հոսանքի սնուցումը պետք է լինի 220V 50Hz: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը առավելագույնը 700VA: Օդային ռեժիմում ջերմային միջակայքը պետք է լինի 25°C- 37°C: Պետք է ունենա ջերմաստիճանի փոփոխություններից ահազանգի գործառույթ որը կաշխատի 38°C-ից սկսած օդային ռեժիմում: Պետք է ունենա High mode, որի ջերմային միջակայքը՝ 37.1°C- 38.0°C: High mode-ի ջերմային ահազանգը պետք է լինի 39°C-ից սկսած: Ջերմային շեղման ահազանգը պետք է լինի $\pm 1^\circ\text{C}$: Մաշկի սենսորի զգայունությունը պետք է լինի ոչ ավել քան $\pm 0.3^\circ\text{C}$. Ներքնակի

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ջերմային միատարրությունը չպետք է գերազանցի 2.0° C-ը: Տաքացման մեկ ցիկլի տևողությունը չպետք է գերազանցի 30 րոպեն: Պետք է ունենա APGAR ժամանակաչափ, որը պետք է ունենա 1րոպե, 5րոպե, 10րոպե չափելու հնարավորություն: Տաքացուցիչը պետք է ունենա LED էկրան, մաշկի ջերմաստիճանի սենսոր: Տաքացուցիչը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Պետք է լինի գործարանային տուփով: Մատակարարը պետք է տրամադրի 12 ամիս երաշխիք մատակարարման պահից սկսած: Տաքացուցիչը առնվազն պետք է ունենա մատակարարման պահին վալիդ CE սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-УРЧ-ЕЦДЦПЗР-2024/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |