

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--|-----------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Meril / Meril Life Sciences Pvt.Ltd | Mozec PTA | Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7Ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p> |
|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | товарный знак | марка | технические характеристики |
| 5 | Meril / Meril Life Sciences Pvt.Ltd | Mozec PTA | <p>Կաթետր բալոն պերիֆերիկ, OTW տիպի, համատեղելի 0.014" և 0.035" ուղղորդիչների հետ, շավթի երկարությունը 80, 135 և 150սմ ըստ համապատասխան ուղղորդիչների համատեղելիության՝ 0,014"/0,035" ուղղորդիչների հետ, հիդրոֆիլ ծածկույթով, առնվազն երկու ռենտգենոկոնտրաստային մարկերի առկայություն, համատեղելիություն 4-7ֆր ինտրադյուսերի հետ ըստ համապատասխան ուղղորդիչի: Բալոնի նյութը՝ PEBA, չափսերը՝ -1,5մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 3 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 և 5,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 250մմ: -6,0; 7,0 և 8,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 150մմ: -9,0; 10,0; 12,0 և 14,0մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|---|