

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 47 | Albumin | Albumin | Albumin | Mindray | Ալբումինի որոշման թեստ- հավաքածու նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧОԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 47 | Albumin | Albumin | Albumin | Mindray | Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>BS շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: Ֆորմատը՝ 100 թեստ: Փաթեթավորումը՝ BS շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգող նմուշը՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հավաքածուն ներառում է օգտագործողի ուղեցույց: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---|