

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալբերտ Սարգսյան ԱԶ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Վիրաբուժական սավաններ | Վիրաբուժական սավաններ | Վիրաբուժական սավաններ | «Ալբերտ Սարգսյան» ԱԶ | Վիրաբուժական սավանները պետք է լինեն դիմացկուն, դիմակայեն բարձր ջերմաստիճաններին և կոպիտ քիմիական նյութերին, որոնք կապված են ավտոկլավով ստերիլիզացման հետ՝ միաժամանակ մնալով փափուկ և հարմարավետ բուժառուների համար: Սավանները պետք է լինեն հակաալերգիկ և բոլոր կողմերից մշակված, 5 թելով եզրակարված , երկտակ ծավված կարով: Գործվածքը պետք է կարողանա դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի (մինչև 134°C/273°F) կրկնվող |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ազդեցությանը և գոլորշու ստերիլիզացմանը՝ առանց զգալի կծկվելու, գույնի գունաթափման կամ ամրության կորստի: Կտորի խտությունը՝ ոչ պակաս քան 140գր./մ2: Կտորի նյութը պետք է լինի 100% բամբակից: Չափսը՝ 100սմx110սմ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արբրի Սարգսյանի ԱԶ ԿԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Хирургические простыни | Хирургические простыни | Хирургические простыни | ИП "Альберт Саргсян" | Хирургические простыни должны быть прочными, выдерживать высокие температуры и агрессивные химикаты, связанные с автоклавированием, оставаясь при этом мягкими и удобными для пациентов. Листы должны быть антиаллергенными и обработаны со всех сторон, окантованы 5 нитками, шов двойной фальцовки. Ткань должна выдерживать многократное воздействие высоких температур (до 134°C/273°F) и стерилизацию паром без значительной усадки, выцветания цвета или потери |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>прочности. Плотность ткани не менее 140 гр./м2. Материал ткани должен быть 100% хлопок. Размер: 100смх110см. Согласуйте цвет с заказчиком.</p> |
|--|--|--|--|--|---|