

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օֆեյա Ղարաքեչիշյան ԱԶ-ն ՈԲԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Լյուքսկրիլ910	Լյուքսսուչրս	<p>Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Մետրիկ չափը 4, պայմանական չափը 1: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է</p>

			<p>ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 40մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Офелия Каракешишян Хореновна ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-БЦЦЦПР-24/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	Люкскрил910	Люкссучрс	<p>Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся тканая. Должен быть изготовлен из сополимера, состоящего из 90% гликолида и 10% L-лактида. Нить должна быть покрыта сополимером, состоящим из смеси гликолида, лактида и стеарата кальция, что облегчает прохождение нити через ткани. Нить следует окрасить контрастным цветом, чтобы обеспечить лучшую визуализацию в ране.</p> <p>Прочность нити на разрыв IN VIVO 75%±3% через 2 недели, 50%±2% через 3 недели, 25%±2% через 4 недели. Период полной абсорбции составляет 56-70 дней. Метрический размер 4, обычный размер 1. Длина нити 90см±5см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрыта двойным слоем силикона, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Качество сплава не должно уступать качеству сплава серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такое строение (специальные продольные канавки в рукоятке иглы),</p>

			<p>чтобы она надежно фиксировалась в игле. Игла для пирсинга, 1/2 кривизны, длина 40мм±1мм. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Стерильная шовная вставка должна содержать этикетку с указанием названия нити, состава, товарного знака, товарного знака производителя, наименования производителя, матричного кода, размера обычной и метрической нити, цвета, длины, количества нитей, длины иглы, типа иглы, кривизны, количества нитей. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, маркировка стерильности и метода стерилизации. Каждая коробочка должна содержать инструкцию по медицинскому применению.</p>
--	--	--	--